

NAWI: Direktivet om ikke-automatiske vægte (Direktiv 2014/31/EU), forklaret

Direktivet om ikke-automatiske vægte kræver, at vægte, der betjenes af en operatør og bruges til lovpligtige formål, opfylder nøjagtighedsklasse I til IIII, består vurdering med bemyndiget organ og bærer CE- og metrologimærkningen, og binder fabrikanter, importører og distributører. Det finder anvendelse fra den 20. april 2016, hvor det afløste direktiv 2009/23/EF, og er aldrig blevet ændret.

Gennemgået 24. september 2026 af Conphora compliance team · Næste gennemgang 12. marts 2027 · Ikke juridisk rådgivning

Nøglefakta

Reference	Direktiv 2014/31/EU	Retsakt	Direktiv
I kraft	18. april 2014	Finder anvendelse fra	20. april 2016
Håndhæves af	De nationale markedsovervågningsmyndigheder håndhæver de nationale love, der gennemfører direktivet; artikel 36 henviser stadig til artikel 15, stk. 3, og artikel 16 til 29 i forordning (EF) nr. 765/2008, som siden den 16. juli 2021 læses som forordning (EU) 2019/1020, hvis bilag I opfører direktivet som punkt 50, og hvis artikel 4 kræver en i Unionen etableret erhvervsdrivende for hvert instrument, der bringes i omsætning.	CELEX	32014L0031

Vigtige datoer

1. januar 1993	Rådets direktiv 90/384/EØF om ikke-automatiske vægte finder anvendelse, med en tiårig overgangsperiode for instrumenter i overensstemmelse med de regler, der gjaldt før den dato; direktiv 93/68/EØF's mærkningsordning fulgte fra den 1. januar 1995	bilag V, del B
5. juni 2009	Direktiv 2009/23/EF, kodifikationen af direktiv 90/384/EØF, træder i kraft; det er den retsakt, direktiv 2014/31/EU omarbejder og ophæver	dokumentoplysninger (datoer); betragtning 1 og fodnote 3
26. februar 2014	Direktiv 2014/31/EU vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet som en omarbejdning af direktiv 2009/23/EF tilpasset den nye lovgivningsmæssige ramme	titel og underskriftsblok efter art. 47
18. april 2014	Ikrafttræden på tyvendedagen efter offentliggørelsen i EUT L 96 af 29. marts 2014	art. 46
19. april 2016	Frist for medlemsstaterne til at vedtage og offentliggøre de love, der gennemfører artikel 2, nr. 3 til 19, artikel 6 til 17, artikel 19 til 43 og bilag II, III og IV	art. 44, stk. 1
20. april 2016	De nationale foranstaltninger finder anvendelse; artikel 1, artikel 2, nr. 1 og 2, artikel 3, 4, 5 og 18 samt bilag I, V og VI finder direkte anvendelse; direktiv 2009/23/EF ophæves; instrumenter, der er i overensstemmelse med det og bragt i omsætning før denne dato, kan stadig gøres tilgængelige og tages i brug, og dets attester forbliver gyldige	art. 43, art. 44, stk. 1, art. 45 og art. 46
1. juli 2018	Dansk bekendtgørelse nr. 591 af 29. maj 2018 om anvendelse af ikke-automatiske vægte i kraft: virksomheder, der bruger et instrument til ét af de seks lovpligtige formål, skal bruge den foreskrevne nøjagtighedsklasse, gennemføre en sporbar egenkontrol mod en tolerance i brug på det dobbelte af tolerancen ved ibrugtagningen og få instrumentet reverificeret af en akkrediteret virksomhed, når plommen er brudt	§ 1, § 3 til § 8 og § 13

1. juli 2021	Den lovpligtige metrologi, herunder ikke-automatiske vægte, kommer under den danske produktlov (lov om produkter og markedsovervågning)	§ 2, stk. 1, nr. 13
16. juli 2021	Forordning (EU) 2019/1020 finder anvendelse: den erstatter markedsovervågningsartiklerne i forordning (EF) nr. 765/2008, som artikel 36 henviser til, opfører direktivet som punkt 50 i sit bilag I og kræver efter artikel 4 en i Unionen etableret erhvervsdrivende for hver ikke-automatisk vægt, der bringes i omsætning	art. 4, stk. 5, art. 39, art. 44 og bilag I, punkt 50
1. juli 2022	Dansk bekendtgørelse nr. 773 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte i kraft, som afløser bekendtgørelse nr. 1381 af 25. november 2016; den gentager de syv anvendelseskategorier, de erhvervsdrivendes pligter, modulerne, mærkningen og Sikkerhedsstyrelsens udpegning af bemyndigede organer	§ 2, § 34, § 35, § 41, § 56 og § 57
1. januar 2026	Sikkerhedsstyrelsen bliver afdelingen Markedsovervågning i Erhvervsstyrelsen og fortsætter de samme opgaver, herunder kontrol af vægte og udpegning af bemyndigede organer	§ 9

Forpligtelser efter rolle

Fabrikant (herunder mærkeindehavere)

- Konstruér og fremstil instrumenter bestemt til de seks lovpligtige formål i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag I: lovlige masseenheder, en nøjagtighedsklasse I, II, III eller IIII med verifikationsdelingsværdien, minimumsbelastningen og antallet af verifikationsdelingsværdier fra tabel 1, fejl inden for de maksimalt tilladte fejl i tabel 3, repeterbare og reproducerbare resultater, ufølsomhed over for hældning, det angivne temperaturområde, korrekt adfærd ved spændingsudsving og forstyrrelser, ingen egenskaber, der letter svindel, korrekt visning og udskrivning, nivellerings-, nulstillings- og taraanordninger, samt tillægsreglerne for instrumenter til direkte salg til offentligheden og prismærkning. art. 4, art. 6, stk. 1, og bilag I, punkt 1 til 15
- Udarbejd den tekniske dokumentation efter bilag II, som skal gøre det muligt at vurdere overensstemmelsen og omfatte en fyldestgørende analyse og vurdering af risiciene, en generel beskrivelse, konstruktions- og fremstillingstegninger, de forklaringer, der er nødvendige for at forstå dem, listen over harmoniserede standarder anvendt helt eller delvist eller de løsninger, der er anvendt i stedet, konstruktionsberegninger, undersøgelser og prøvningsrapporter, og gennemfør eller lad overensstemmelsesvurderingsproceduren efter artikel 13 gennemføre. art. 6, stk. 2, og bilag II, punkt 1.3
- Gennemfør en fyldestgørende analyse og vurdering af instrumentets risici, og medtag den i den tekniske dokumentation. art. 6, stk. 2, og bilag II, punkt 1.3
- Udarbejd den tekniske dokumentation efter bilag II: en generel beskrivelse, konstruktions- og fremstillingstegninger med forklaringer, de anvendte harmoniserede standarder eller de løsninger, der er anvendt i stedet, konstruktionsberegninger, undersøgelser og prøvningsrapporter.
art. 6, stk. 2, og bilag II, punkt 1.3
- Gennemfør eller lad overensstemmelsesvurderingsproceduren efter artikel 13 gennemføre for instrumenter bestemt til et lovpligtigt formål. art. 6, stk. 2, og art. 13
- Vælg EU-typeafprøvning (modul B) efterfulgt af typeoverensstemmelse baseret på kvalitetssikring af produktionsprocessen (modul D) eller på produktverifikation (modul F), eller overensstemmelse baseret på enhedsverifikation (modul G); modul B er ikke obligatorisk for instrumenter, der ikke bruger elektroniske anordninger, og hvis lastmåleanordning ikke bruger en fjeder til at afbalancere belastningen, som i stedet følger modul D1 eller F1. I Danmark skal det bemyndigede organ være udpeget af Sikkerhedsstyrelsen eller af en anden medlemsstat. art. 13 og bilag II; § 34 og § 35
- Udarbejd EU-overensstemmelseserklæringen efter modellen i bilag IV, som indeholder elementerne fra de anvendte moduler, holdes løbende opdateret, oversat til de sprog, medlemsstaten kræver, og, når flere EU-retsakter gælder, som én erklæring, der dækker dem alle, og anbring CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning, før instrumentet bringes i omsætning; i Danmark skal erklæringen være på dansk eller engelsk. art. 6, stk. 2, art. 14, art. 15 og art. 17, stk. 2; § 37
- Udarbejd EU-overensstemmelseserklæringen efter modellen i bilag IV med elementerne fra de anvendte moduler, holdt løbende opdateret, oversat til de sprog, medlemsstaten kræver (i Danmark dansk eller engelsk), og, når flere EU-retsakter gælder, som én erklæring. art. 6, stk. 2, og art. 14; § 37
- Anbring CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning – det store bogstav M og årets sidste to cifre for anbringelsen i et rektangel med samme højde som CE-mærkningen – synligt, letlæseligt og holdbart på instrumentet eller dets mærkeplade, metrologimærkningen umiddelbart efter CE-mærkningen, og begge efterfulgt af identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, der deltager i produktionskontrollen, anbragt af organet eller efter dets anvisninger. art. 16 og art. 17
- Anvend påskrifterne fra bilag III: for instrumenter i lovpligtig brug EU-typeafprøvningsattestens nummer, hvor relevant, dit navn eller varemærke, nøjagtighedsklassen i en oval, Max, Min, e, type-, parti- eller serienummeret og, hvor relevant, d, T, dT, Lim, temperaturgrænserne og forholdet mellem

lastoptager og last, med Max, Min, e og d også i nærheden af displayet; for andre instrumenter kun dit navn eller varemærke og Max, uden overensstemmelsesmærkningen; og symbolet til angivelse af brugen på forbundne anordninger, der ikke bruges til det lovpligtige formål. art. 6, stk. 5, art. 18 og bilag III

- Opbevar den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i 10 år efter, at instrumentet blev bragt i omsætning, hold serieproduktionen i overensstemmelse under hensyntagen til ændringer i konstruktionen og i de standarder, der henvises til, og stikprøvekontrollér instrumenter, der er gjort tilgængelige på markedet, når risiciene begrundes det, undersøg og før et register over klager, ikke-overensstemmende instrumenter og tilbagekaldelser, og hold distributørerne underrettet.

art. 6, stk. 3, og art. 6, stk. 4

- Opbevar den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i 10 år efter, at instrumentet blev bragt i omsætning. art. 6, stk. 3
- Hold serieproduktionen i overensstemmelse under hensyntagen til ændringer i konstruktion eller egenskaber og i de harmoniserede standarder, der henvises til. art. 6, stk. 4
- Stikprøvekontrollér instrumenter, der er gjort tilgængelige på markedet, når risiciene begrundes det, undersøg klager, før et register over klager, ikke-overensstemmende instrumenter og tilbagekaldelser, og hold distributørerne underrettet om denne overvågning. art. 6, stk. 4
- Mærk instrumentet med dit navn, registrerede firmanavn eller varemærke og én postadresse, vedlæg instrumenter i lovpligtig brug anvisninger og oplysninger på et sprog, medlemsstaten fastsætter, og hvis et instrument, du har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse, bring det straks i overensstemmelse, træk det tilbage eller kald det tilbage, underret de kompetente myndigheder, hvis det udgør en risiko, giv overensstemmelsesdokumentation efter begrundet anmodning, samarbejd om risikoeliminierende foranstaltninger, og identificér dine leverandører og kunder i 10 år.

art. 6, stk. 6 til art. 6, stk. 9, og art. 11

- Mærk instrumentet med dit navn, registrerede firmanavn eller varemærke og én postadresse. art. 6, stk. 6
- Vedlæg instrumenter i lovpligtig brug anvisninger og oplysninger på et sprog, medlemsstaten fastsætter. art. 6, stk. 7
- Hvis et instrument, du har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse, bring det straks i overensstemmelse, træk det tilbage eller kald det tilbage, og hvis det udgør en risiko, underret de kompetente nationale myndigheder i de berørte medlemsstater. art. 6, stk. 8
- Giv efter en begrundet anmodning myndigheden de oplysninger og den dokumentation, der viser overensstemmelse, på et sprog, den forstår, og samarbejd om foranstaltninger til at eliminere de risici, instrumenterne udgør. art. 6, stk. 9
- Sørg for, at du i 10 år efter leveringen kan oplyse markedsovervågningsmyndighederne om de erhvervsdrivende, der har leveret instrumentet til dig, og de erhvervsdrivende, du har leveret det til.

art. 11

Bemyndiget repræsentant

- Handl efter en skriftlig fuldmagt, der som minimum giver dig mulighed for at holde EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation til rådighed for de nationale markedsovervågningsmyndigheder i 10 år efter, at instrumentet blev bragt i omsætning, give overensstemmelsesoplysninger og dokumentation efter begrundet anmodning, og samarbejde med myndighederne om risikoeliminerende foranstaltninger for instrumenterne i din fuldmagt. art. 7, stk. 2
- Handl kun efter en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten, der fastsætter de opgaver, du udfører på dennes vegne. art. 7, stk. 1 og 2
- Hold EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation til rådighed for de nationale markedsovervågningsmyndigheder i 10 år efter, at instrumentet blev bragt i omsætning. art. 7, stk. 2, litra a
- Giv efter en begrundet anmodning myndigheden de oplysninger og den dokumentation, der viser overensstemmelse, og samarbejd med den om foranstaltninger til at eliminere risiciene ved de instrumenter, der er omfattet af din fuldmagt. art. 7, stk. 2, litra b og c
- Overtag ikke fabrikantens pligt til at konstruere og fremstille i overensstemmelse med de væsentlige krav eller til at udarbejde den tekniske dokumentation; de kan ikke være en del af fuldmagten. art. 7, stk. 1
- Anbring efter det bemyndigede organs anvisning dets identifikationsnummer efter CE-mærkningen og metrologimærkningen på fabrikantens vegne, og sørg for, at du i 10 år kan oplyse markedsovervågningsmyndighederne om de erhvervsdrivende, der har leveret til dig, og dem, du har leveret til. art. 11 og art. 17, stk. 4
- Anbring efter det bemyndigede organs anvisning dets identifikationsnummer efter CE-mærkningen og metrologimærkningen på fabrikantens vegne. art. 17, stk. 4
- Sørg for, at du i 10 år efter leveringen kan oplyse markedsovervågningsmyndighederne om de erhvervsdrivende, der har leveret instrumentet til dig, og de erhvervsdrivende, du har leveret det til. art. 11
- Er fabrikanten etableret uden for Unionen, og findes der ingen importør, kan du være den i Unionen etablerede erhvervsdrivende, som forordning (EU) 2019/1020 kræver for hver ikke-automatisk vægt, der bringes i omsætning, idet du verificerer erklæringen og dokumentationen, underretter myndighederne om risici og samarbejder om korrigerende tiltag. art. 4, stk. 1 til art. 4, stk. 5

Importør

- Bring kun overensstemmende instrumenter i omsætning, og kontrollér, før du bringer et instrument i lovpligtig brug i omsætning, at fabrikanten har gennemført overensstemmelsesvurderingen efter artikel 13, udarbejdet den tekniske dokumentation, anbragt CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning, vedlagt de påkrævede dokumenter og anvendt identifikations- og adressemærkningen; tilbagehold instrumenter, du mener ikke opfylder bilag I, og underret fabrikanten og markedsovervågningsmyndighederne, hvis de udgør en risiko. For instrumenter, der ikke er bestemt til et lovpligtigt formål, kontrollér identifikations- og adressemærkningen. art. 8, stk. 1 og 2
- Angiv dit navn, registrerede firmanavn eller varemærke og en postadresse på instrumentet, eller, hvis det kræver, at emballagen åbnes, på emballagen og i et dokument, der ledsager instrumentet, på et sprog, slutbrugerne og myndighederne forstår. art. 8, stk. 3
- Sørg for, at instrumenter i lovpligtig brug ledsages af anvisninger og oplysninger på et sprog, medlemsstaten fastsætter, i Danmark dansk eller engelsk, og forhindr, at opbevarings- og transportbetingelser bringer overholdelsen af bilag I i fare, mens instrumentet er under dit ansvar. art. 8, stk. 4 og 5; § 20, stk. 2, nr. 3
- Sørg for, at instrumenter i lovpligtig brug ledsages af anvisninger og oplysninger på et sprog, medlemsstaten fastsætter, i Danmark dansk eller engelsk. art. 8, stk. 4; § 20, stk. 2, nr. 3
- Sørg for, at opbevarings- og transportbetingelserne ikke bringer instrumentets overholdelse af bilag I i fare, mens det er under dit ansvar. art. 8, stk. 5
- Stikprøvekontrollér instrumenter, der er gjort tilgængelige på markedet, når risiciene begrunder det, undersøg og før et register over klager, ikke-overensstemmende instrumenter og tilbagekaldelser, og hold distributørerne underrettet. art. 8, stk. 6
- Hvis et instrument, du har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse, træf straks korrigerende foranstaltninger, træk det tilbage eller kald det tilbage, og hvis det udgør en risiko, underret de kompetente nationale myndigheder i de berørte medlemsstater med oplysninger om den manglende overensstemmelse og de korrigerende foranstaltninger. art. 8, stk. 7
- Hold en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen for instrumenter i lovpligtig brug til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne i 10 år, og sørg for, at den tekniske dokumentation kan gøres tilgængelig efter anmodning; giv overensstemmelsesoplysninger efter begrundet anmodning på et sprog, myndigheden forstår, samarbejd om risikoeliminerende foranstaltninger, og identificér leverandører og kunder i 10 år. art. 8, stk. 8, art. 8, stk. 9, og art. 11
- Hold en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen for instrumenter i lovpligtig brug til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne i 10 år, og sørg for, at den tekniske dokumentation kan gøres tilgængelig efter anmodning. art. 8, stk. 8
- Giv efter en begrundet anmodning myndigheden de oplysninger og den dokumentation, der viser overensstemmelse, på et sprog, den forstår, og samarbejd om foranstaltninger til at eliminere de risici, instrumenterne udgør. art. 8, stk. 9
- Sørg for, at du i 10 år efter leveringen kan oplyse markedsovervågningsmyndighederne om de erhvervsdrivende, der har leveret instrumentet til dig, og de erhvervsdrivende, du har leveret det til. art. 11
- Hvis du bringer et instrument i omsætning under dit eget navn eller varemærke, eller ændrer et instrument, der allerede er bragt i omsætning, på en måde, der kan påvirke overensstemmelsen, bærer du fabrikantens forpligtelser efter artikel 6. art. 10

Distributør (grossist, detailhandler eller forhandler, der leverer vægte)

- Handl med fornøden omhu, og kontrollér, før du gør et instrument i lovpligtig brug tilgængeligt, at det bærer CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning, ledsages af de påkrævede dokumenter og af anvisninger og oplysninger på et sprog, slutbrugerne i medlemsstaten forstår, og at fabrikanten og importøren har anvendt deres identifikations- og adressemærkning; tilbagehold instrumenter, du mener ikke opfylder bilag I, og underret fabrikanten eller importøren og markedsovervågningsmyndighederne, hvis de udgør en risiko. For instrumenter, der ikke er bestemt til et lovpligtigt formål, kontrollér identifikations- og adressemærkningen. art. 9, stk. 1 og 2
- Forhindr, at opbevarings- og transportbetingelser bringer overholdelsen af bilag I i fare, mens et instrument i lovpligtig brug er under dit ansvar. art. 9, stk. 3
- Hvis et instrument, du har gjort tilgængeligt, ikke er i overensstemmelse, sørg for, at der træffes korrigerende foranstaltninger for at bringe det i overensstemmelse, trække det tilbage eller kalde det tilbage, og hvis det udgør en risiko, underret straks de kompetente nationale myndigheder i de berørte medlemsstater. art. 9, stk. 4
- Giv efter begrundet anmodning de oplysninger og den dokumentation, der viser overensstemmelse, samarbejd om risikoeliminerende foranstaltninger, og identificér de erhvervsdrivende, der har leveret til dig, og dem, du har leveret til, i 10 år. art. 9, stk. 5, og art. 11
- Giv efter en begrundet anmodning myndigheden de oplysninger og den dokumentation, der viser overensstemmelse, på et sprog, den forstår, og samarbejd om foranstaltninger til at eliminere de risici, instrumenterne udgør. art. 9, stk. 5
- Sørg for, at du i 10 år efter leveringen kan oplyse markedsovervågningsmyndighederne om de erhvervsdrivende, der har leveret instrumentet til dig, og de erhvervsdrivende, du har leveret det til. art. 11
- Hvis du sælger under dit eget navn eller varemærke eller ændrer et instrument på en måde, der kan påvirke overensstemmelsen, overtager du fabrikantens forpligtelser; i Danmark skal et instrument, der bruges til vejning, som en betaling bygger på, også opfylde reglerne hos den virksomhed, der bruger det, som skal bruge den foreskrevne nøjagtighedsklasse, egenkontrollere det og få det reverificeret, og kan påbydes at bringe det i overensstemmelse eller forbydes at bruge det. art. 10; § 3 til § 8; § 16 a
- Hvis du gør et instrument tilgængeligt under dit eget navn eller varemærke, eller ændrer et på en måde, der kan påvirke overensstemmelsen, overtager du fabrikantens forpligtelser efter artikel 6. art. 10

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter reglerne om sanktioner for erhvervsdrivendes overtrædelser af deres nationale gennemførelseslove og håndhæver dem; sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning og kan omfatte strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser. Markedsovervågningsmyndighederne vurderer instrumenter, der udgør en risiko for de samfundsinteresser, direktivet beskytter, kræver korrigerende foranstaltninger, tilbagetrækning eller tilbagekaldelse inden for en frist, der står i forhold til risikoen, underretter det bemyndigede organ, og hvis den erhvervsdrivende ikke handler, forbyder eller begrænser de tilgængeliggørelsen, trækker instrumentet tilbage eller kalder det tilbage og underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater; overensstemmende instrumenter, der stadig udgør en risiko, kan behandles på samme måde. Formel manglende overensstemmelse, f.eks. en manglende eller forkert anbragt CE-mærkning eller supplerende metrologimærkning, manglende påskrifter fra bilag III, et manglende nummer for det bemyndigede organ, en manglende eller ukorrekt EU-overensstemmelseserklæring, manglende eller ufuldstændig teknisk dokumentation eller manglende identifikation af fabrikant eller importør, skal bringes til ophør og fører ellers til begrænsning, forbud, tilbagetrækning eller tilbagekaldelse. Siden den 16. juli 2021 kommer overvågningsbeføjelserne fra forordning (EU) 2019/1020, hvis myndigheder kan kræve dokumenter og oplysninger om forsyningskæden, inspicere og kontrollere produkter, kræve korrigerende tiltag, forbyde tilgængeliggørelsen og få instrumenter trukket tilbage, kaldt tilbage eller destrueret. I Danmark giver bekendtgørelse nr. 773 af 1. juni 2022 Sikkerhedsstyrelsen mulighed for at påbyde, at formel manglende overensstemmelse rettes inden for en frist, og derefter påbyde tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller salgsforbud efter produktloven, og straffer med bøde det at bringe ikke-overensstemmende instrumenter i omsætning, manglende dokumentation, mærkning, anvisninger, underretninger, fuldmagter og brug af et organ, der ikke er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen eller en anden medlemsstat, med fængsel i op til 2 år under skærpende omstændigheder; bekendtgørelse nr. 591 af 29. maj 2018 straffer med bøde den ejer, der bruger et umærket instrument, den forkerte nøjagtighedsklasse eller ingen egenkontrol eller reverifikation til et lovpligtigt formål; og produktloven tilføjer påbud om at advare brugerne, standse markedsføringen, afhjælpe, standse salget, trække tilbage, kalde tilbage eller destruere, forbud, påbud til ejeren af et instrument, der bruges til betalingsbaseret vejning, og bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel i op til 2 år for overtrædelser af loven, af artikel 4 i forordning (EU) 2019/1020 og af myndighedens afgørelser. Siden januar 2026 er Sikkerhedsstyrelsen afdelingen Markedsovervågning i Erhvervsstyrelsen.

art. 36, art. 37, art. 39, art. 40 og art. 42; art. 14, art. 16, art. 39 og bilag I, punkt 50; § 54 og § 55; § 12; § 2, stk. 1, nr. 13, § 9, § 14, §

Tjekliste

1. Bekræft, at instrumentet er ikke-automatisk, det vil sige, at det kræver en operatør under vejningen; et instrument, der vejer uden en, hører i stedet under måleinstrumentdirektivet som MI-006 (artikel 2, nr. 2).
2. Fastlæg, hvilken af de syv anvendelseskategorier i artikel 1, stk. 2, instrumentet er bestemt til; kun de seks formål i litra a til f udløser de væsentlige krav, overensstemmelsesvurderingen og CE- og metrologimærkningen (artikel 1, stk. 2, og artikel 4).
3. Fastlæg din rolle for hvert produkt, og husk, at salg under eget mærke eller ændring af et instrument gør dig til fabrikant (artikel 2, nr. 5, og artikel 10).
4. Vælg nøjagtighedsklasse I, II, III eller IIII samt verifikationsdelingsværdien, minimumsbelastningen og antallet af verifikationsdelingsværdier fra bilag I, tabel 1, og konstruér efter de maksimalt tilladte fejl i tabel 3 og reglerne for direkte salg i punkt 14, hvor relevant (bilag I, punkt 2, 4 og 14).
5. Anvend de harmoniserede standarder, der er opført i Den Europæiske Unions Tidende efter direktivet, eller dokumentér de løsninger, der er anvendt i stedet (artikel 12 og bilag II, punkt 1.3, litra c, nr. iv).
6. Vælg modulvejen, B + D, B + F, D1 eller F1 for mekaniske instrumenter uden fjeder, eller G, og vælg et bemyndiget organ, som Kommissionen har opført; i Danmark ét udpeget af Sikkerhedsstyrelsen eller en anden medlemsstat (artikel 13, bilag II og bekendtgørelse nr. 773/2022 § 34).
7. Saml den tekniske dokumentation med risikoanalysen, tegningerne, standardlisten, beregningerne og prøvningsrapporterne, og opbevar den sammen med erklæringen i 10 år (artikel 6, stk. 3, og bilag II, punkt 1.3).
8. Udarbejd EU-overensstemmelseserklæringen efter bilag IV, som én erklæring, når andre EU-retsakter også gælder, oversat som medlemsstaterne kræver (artikel 14).
9. Anbring CE-mærkningen, den supplerende metrologimærkning M med det tocifrede år i et rektangel, det bemyndigede organs nummer og påskrifterne fra bilag III, før instrumentet bringes i omsætning, og symbolet til angivelse af brugen på forbundne ikke-lovpligtige anordninger (artikel 16, 17 og 18 og bilag III).
10. Etablér proceduren for korrigerende foranstaltninger og underretning, 10-årig sporbarhed for leverandører og kunder, og, når risiciene begrundes det, stikprøvekontrol og et klageregister (artikel 6, stk. 4, artikel 6, stk. 8, artikel 8, stk. 6 og 7, artikel 9, stk. 4, og artikel 11).

Kilder

1. Direktiv 2014/31/EU om ikke-automatiske vægte som offentliggjort i EUT L 96, 29. marts 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014L0031>
2. Dokumentoplysninger, datoer, berigtigelser og relationer for CELEX 32014L0031 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32014L0031>
3. Direktiv 2009/23/EF om ikke-automatiske vægte, ophævet fra den 20. april 2016 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32009L0023>
4. Direktiv 2014/32/EU om måleinstrumenter, som dækker automatiske vægte (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014L0032>
5. Forordning (EU) 2019/1020 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
6. Legal metrologi (Europa-Kommissionen, GD GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en
7. Måle- og vejinstrumenter i EU, med WELMEC-vejledningerne og harmoniserede standarder under NAWID (Europa-Kommissionen, GD GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/measuring-weighing-instruments-eu_en
8. Bekendtgørelse nr. 773 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/773>
9. Bekendtgørelse nr. 591 af 29. maj 2018 om anvendelse af ikke-automatiske vægte (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/591>
10. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
11. Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/love-og-regler-0/regler-og-bekendtgørelser-maaling-og-vaegt>
12. Spørgsmål og svar om direktiv om ikke-automatiske vægte (NAWI) (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-vaegt-og-e-maerkning-metrologi/spoergsmaal-og-svar/spoergsmaal-og-svar-om-direktiv-om-ikke-automatiske-vaegte-nawi>
13. Vejledning for ikke-automatiske vægte (NAWI) i brug (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/vejledning-ikke-automatiske-vaegte-nawi-brug>
14. Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/legal-maaling-og-vejning-legal-metrologi>
15. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen fra januar 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

Genereret fra <https://www.conphora.com/dk/eu-regulativer/nawi/> den 17. oktober 2026

Skrevet ud fra den officielle tekst på EUR-Lex og Kommissionens vejledning med en kilde til hvert faktum. Det er ikke juridisk rådgivning.