

NAWI: Richtlijn niet-automatische weegwerktuigen (Richtlijn 2014/31/EU), uitgelegd

De NAWI-richtlijn verplicht weegwerktuigen met bediener voor wettelijk gecontroleerde doeleinden tot nauwkeurigheidsklasse I tot en met IIII, beoordeling door een aangemelde instantie en de CE- en metrologiemarkering, met verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs. Zij geldt sinds 20 april 2016, ter vervanging van Richtlijn 2009/23/EG, en is nooit gewijzigd.

Beoordeeld op 24 september 2026 door Conphora compliance team · Volgende beoordeling 12 maart 2027 · Geen juridisch advies

Kerngegevens

Referentie	Richtlijn 2014/31/EU	Type rechtshandeling	Richtlijn
In werking	18 april 2014	Van toepassing vanaf	20 april 2016
Gehandhaafd door	Nationale markttoezichtautoriteiten handhaven de nationale wetten die de richtlijn omzetten; artikel 36 verwijst nog naar artikel 15, lid 3, en de artikelen 16 tot en met 29 van Verordening (EG) nr. 765/2008, die sinds 16 juli 2021 worden gelezen als Verordening (EU) 2019/1020, waarvan bijlage I de richtlijn vermeldt als punt 50 en waarvan artikel 4 een in de Unie gevestigde marktdeelnemer vereist voor elk instrument dat in de handel wordt gebracht.	CELEX	32014L0031

Belangrijke data

1 januari 1993	Richtlijn 90/384/EEG van de Raad betreffende niet-automatische weegwerktuigen is van toepassing, met een overgangsperiode van tien jaar voor instrumenten die voldoen aan de regels die vóór die datum van kracht waren; de markeringsregeling van Richtlijn 93/68/EEG volgde vanaf 1 januari 1995	Annex V, Part B
5 juni 2009	Richtlijn 2009/23/EG, de codificatie van Richtlijn 90/384/EEG, treedt in werking; dit is de rechtshandeling die Richtlijn 2014/31/EU herschikt en intrekt	document information (dates); recital 1 and footnote 3
26 februari 2014	Richtlijn 2014/31/EU aangenomen door het Europees Parlement en de Raad als herschikking van Richtlijn 2009/23/EG, afgestemd op het Nieuw Wetgevingskader	title and signature block after Art. 47
18 april 2014	Inwerkingtreding, de twintigste dag na bekendmaking in PB L 96 van 29 maart 2014	Art. 46
19 april 2016	Uiterste datum voor de lidstaten om de wetten vast te stellen en bekend te maken die de punten 3 tot en met 19 van artikel 2, de artikelen 6 tot en met 17, de artikelen 19 tot en met 43 en de bijlagen II, III en IV omzetten	Art. 44(1)
20 april 2016	Nationale maatregelen van toepassing; artikel 1, de punten 1 en 2 van artikel 2, de artikelen 3, 4, 5 en 18 en de bijlagen I, V en VI zijn rechtstreeks van toepassing; Richtlijn 2009/23/EG ingetrokken; instrumenten die daaraan voldoen en vóór deze datum in de handel zijn gebracht, mogen nog op de markt worden aangeboden en in gebruik worden genomen, en de certificaten ervan blijven geldig	Art. 43, Art. 44(1), Art. 45 and Art. 46
1 juli 2018	Deens uitvoeringsbesluit nr. 591 van 29 mei 2018 betreffende het gebruik van niet-automatische weegwerktuigen in werking: ondernemingen die een instrument voor een van de zes wettelijke doeleinden gebruiken, moeten de voorgeschreven nauwkeurigheidsklasse toepassen, een traceerbare zelfcontrole uitvoeren tegen een gebruikstolerantie van tweemaal de tolerantie bij het in de handel brengen, en het instrument laten herkeuren door een geaccrediteerd bedrijf wanneer de verzegeling is verbroken	§ 1, § 3 to § 8 and § 13

1 juli 2021	Wettelijke metrologie, met inbegrip van niet-automatische weegwerktuigen, valt onder de Deense productwet (lov om produkter og markedsovervågning)	§ 2, stk. 1, nr. 13
16 juli 2021	Verordening (EU) 2019/1020 van toepassing: zij vervangt de markttoezichtartikelen van Verordening (EG) nr. 765/2008 waarnaar artikel 36 verwijst, vermeldt de richtlijn als punt 50 van bijlage I en vereist krachtens artikel 4 een in de Unie gevestigde marktdeelnemer voor elk niet-automatisch weegwerktuig dat in de handel wordt gebracht	Art. 4(5), Art. 39, Art. 44 and Annex I point 50
1 juli 2022	Deens uitvoeringsbesluit nr. 773 van 1 juni 2022 betreffende het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen in werking, ter vervanging van besluit nr. 1381 van 25 november 2016; het herhaalt de zeven gebruikscategorieën, de verplichtingen van de marktdeelnemers, de modules, de markeringen en de aanwijzing van aangemelde instanties door Sikkerhedsstyrelsen	§ 2, § 34, § 35, § 41, § 56 and § 57
1 januari 2026	Sikkerhedsstyrelsen wordt de afdeling Markedsovervågning van Erhvervsstyrelsen en zet dezelfde taken voort, met inbegrip van de controle van weegwerktuigen en de aanwijzing van aangemelde instanties	§ 9

Verplichtingen per rol

Fabrikant (inclusief merkeigenaren)

- Ontwerp en vervaardig instrumenten die bestemd zijn voor de zes wettelijke doeleinden overeenkomstig de essentiële eisen van bijlage I: wettelijke massa-eenheden, een nauwkeurigheidsklasse I, II, III of IIII met het keuringsschaalinterval, de minimumcapaciteit en het aantal keuringsschaalintervallen van tabel 1, fouten binnen de maximaal toelaatbare fouten van tabel 3, herhaalbare en reproduceerbare resultaten, ongevoeligheid voor schuinstand, het gespecificeerde temperatuurbereik, correct gedrag bij spanningsschommelingen en storingen, geen kenmerken die fraude vergemakkelijken, correcte weergave en afdruk, nivelleer-, nulstel- en tarrainrichtingen, en de aanvullende regels voor instrumenten voor rechtstreekse verkoop aan het publiek en prijsaanduiding. Art. 4, Art. 6(1) and Annex I, points 1 to 15
- Stel de technische documentatie van bijlage II op, die de beoordeling van de conformiteit mogelijk moet maken en een adequate analyse en beoordeling van de risico's, een algemene beschrijving, ontwerp- en fabricagetekeningen, de nodige toelichtingen daarop, de lijst van geheel of gedeeltelijk toegepaste geharmoniseerde normen of de in plaats daarvan gekozen oplossingen, ontwerpberekeningen, onderzoeken en testverslagen moet bevatten, en voer de conformiteitsbeoordelingsprocedure van artikel 13 uit of laat deze uitvoeren. Art. 6(2) and Annex II, point 1.3
- Voer een adequate analyse en beoordeling van de risico's van het instrument uit en neem deze op in de technische documentatie. Art. 6(2) and Annex II, point 1.3
- Stel de technische documentatie van bijlage II op: een algemene beschrijving, ontwerp- en fabricagetekeningen met toelichtingen, de toegepaste geharmoniseerde normen of de in plaats daarvan gekozen oplossingen, ontwerpberekeningen, onderzoeken en testverslagen. Art. 6(2) and Annex II, point 1.3
- Voer de conformiteitsbeoordelingsprocedure van artikel 13 uit, of laat deze uitvoeren, voor instrumenten die bestemd zijn voor een wettelijk doel. Art. 6(2) and Art. 13
- Kies EU-typeonderzoek (module B) gevolgd door typeconformiteit op basis van kwaliteitsborging van het productieproces (module D) of van productverificatie (module F), of conformiteit op basis van eenheidsverificatie (module G); module B is niet verplicht voor instrumenten die geen elektronisch toestel gebruiken en waarvan het lastmeettoestel geen veer gebruikt om de last te compenseren; deze volgen dan module D1 of F1. In Denemarken moet de aangemelde instantie zijn aangewezen door Sikkerheidsstyrelsen of door een andere lidstaat. Art. 13 and Annex II; § 34 and § 35
- Stel de EU-conformiteitsverklaring op volgens het model van bijlage IV, met de elementen van de gebruikte modules, voortdurend bijgewerkt, vertaald in de talen die de lidstaat vereist en, wanneer meerdere Unierechtshandelingen van toepassing zijn, als één enkele verklaring die deze alle bestrijkt, en breng de CE-markering en de aanvullende metrologiemarkering aan voordat het instrument in de handel wordt gebracht; in Denemarken moet de verklaring in het Deens of het Engels zijn.
Art. 6(2), Art. 14, Art. 15 and Art. 17(2); § 37
- Stel de EU-conformiteitsverklaring op volgens het model van bijlage IV met de elementen van de gebruikte modules, voortdurend bijgewerkt, vertaald in de talen die de lidstaat vereist (in Denemarken het Deens of het Engels) en, wanneer meerdere Unierechtshandelingen van toepassing zijn, als één enkele verklaring. Art. 6(2) and Art. 14; § 37
- Breng de CE-markering en de aanvullende metrologiemarkering aan — de hoofdletter M en de laatste twee cijfers van het jaar van aanbrenging in een rechthoek met de hoogte van de CE-markering — zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het instrument of het gegevensplaatje ervan, waarbij de metrologiemarkering onmiddellijk na de CE-markering volgt en beide worden gevolgd door het identificatienummer van de aangemelde instantie die bij de productiecontrole betrokken is, aangebracht door de instantie zelf of onder haar verantwoordelijkheid. Art. 16 and Art. 17

- Breng de opschriften van bijlage III aan: voor wettelijk gebruikte instrumenten in voorkomend geval het nummer van het EU-typeonderzoekcertificaat, uw naam of merk, de nauwkeurigheidsklasse in een ovaal, Max, Min, e, het type-, partij- of serienummer en, waar van toepassing, d, T, dT, Lim, de temperatuurgrenzen en de lastopnemerverhouding, met Max, Min, e en d ook in de buurt van het display; voor andere instrumenten alleen uw naam of merk en Max, zonder de conformiteitsmarkering; en het symbool voor beperkt gebruik op verbonden toestellen die niet voor het wettelijke doel worden gebruikt. Art. 6(5), Art. 18 and Annex III
- Bewaar de technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring gedurende 10 jaar nadat het instrument in de handel is gebracht, zorg dat de serieproductie conform blijft, rekening houdend met wijzigingen in het ontwerp en in de aangehaalde normen, en test op de markt gebrachte instrumenten steekproefsgewijs waar de risico's dit rechtvaardigen, onderzoek klachten en houd een register bij van klachten, non-conforme instrumenten en terugroepacties, en houd de distributeurs op de hoogte.
Art. 6(3) and Art. 6(4)
- Bewaar de technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring gedurende 10 jaar nadat het instrument in de handel is gebracht. Art. 6(3)
- Zorg dat de serieproductie conform blijft, rekening houdend met wijzigingen in het ontwerp of de kenmerken en in de aangehaalde geharmoniseerde normen. Art. 6(4)
- Test op de markt gebrachte instrumenten steekproefsgewijs waar de risico's dit rechtvaardigen, onderzoek klachten, houd een register bij van klachten, non-conforme instrumenten en terugroepacties, en houd de distributeurs op de hoogte van deze monitoring. Art. 6(4)
- Voorzie het instrument van uw naam, geregistreerde handelsnaam of merk en één postadres, voeg bij wettelijk gebruikte instrumenten instructies en informatie in een taal die de lidstaat bepaalt, en breng, wanneer een door u in de handel gebracht instrument niet conform is, dit onmiddellijk in overeenstemming, neem het uit de handel of roep het terug, informeer de bevoegde autoriteiten wanneer het een risico vormt, verstrek op met redenen omkleed verzoek documentatie over de conformiteit, werk mee aan maatregelen ter beperking van de risico's en identificeer uw leveranciers en afnemers gedurende 10 jaar. Art. 6(6) to Art. 6(9) and Art. 11
- Voorzie het instrument van uw naam, geregistreerde handelsnaam of merk en één postadres. Art. 6(6)
- Voeg bij wettelijk gebruikte instrumenten instructies en informatie in een taal die de lidstaat bepaalt.
Art. 6(7)
- Wanneer een door u in de handel gebracht instrument niet conform is, breng het onmiddellijk in overeenstemming, neem het uit de handel of roep het terug, en stel, wanneer het een risico vormt, de bevoegde nationale autoriteiten van de betrokken lidstaten in kennis. Art. 6(8)
- Verstrek de autoriteit op met redenen omkleed verzoek de informatie en documentatie waaruit de conformiteit blijkt, in een taal die zij begrijpt, en werk mee aan maatregelen om de door de instrumenten veroorzaakte risico's weg te nemen. Art. 6(9)
- Zorg dat u gedurende 10 jaar na elke levering de marktdeelnemers kunt identificeren die u hebben beleverd en die u hebt beleverd. Art. 11

Gemachtigde

- Handel op grond van een schriftelijk mandaat dat u ten minste in staat stelt de EU-conformiteitsverklaring en de technische documentatie gedurende 10 jaar nadat het instrument in de handel is gebracht ter beschikking van de nationale markttoezichtautoriteiten te houden, op met redenen omkleed verzoek informatie en documentatie over de conformiteit te verstrekken, en met de autoriteiten samen te werken aan maatregelen ter beperking van de risico's van de instrumenten die onder uw mandaat vallen. Art. 7(2)
- Handel uitsluitend op grond van een schriftelijk mandaat van de fabrikant waarin de taken worden vastgelegd die u namens hem uitvoert. Art. 7(1) and Art. 7(2)
- Houd de EU-conformiteitsverklaring en de technische documentatie gedurende 10 jaar nadat het instrument in de handel is gebracht ter beschikking van de nationale markttoezichtautoriteiten. Art. 7(2)(a)
- Verstrek de autoriteit op met redenen omkleed verzoek de informatie en documentatie waaruit de conformiteit blijkt, en werk met haar samen aan maatregelen om de risico's van de onder uw mandaat vallende instrumenten weg te nemen. Art. 7(2)(b) and Art. 7(2)(c)
- Neem de verplichting van de fabrikant om overeenkomstig de essentiële eisen te ontwerpen en te vervaardigen of om de technische documentatie op te stellen niet over; deze kunnen geen deel uitmaken van het mandaat. Art. 7(1)
- Breng, wanneer de aangemelde instantie dit voorschrijft, namens de fabrikant haar identificatienummer na de CE- en metrologiemarkering aan, en zorg dat u gedurende 10 jaar de marktdeelnemers kunt identificeren die u hebben beleverd en die u hebt beleverd. Art. 11 and Art. 17(4)
- Breng, wanneer de aangemelde instantie dit voorschrijft, namens de fabrikant haar identificatienummer na de CE- en metrologiemarkering aan. Art. 17(4)
- Zorg dat u gedurende 10 jaar na elke levering de marktdeelnemers kunt identificeren die u hebben beleverd en die u hebt beleverd. Art. 11
- Wanneer de fabrikant buiten de Unie is gevestigd en er geen importeur bestaat, kunt u de in de Unie gevestigde marktdeelnemer zijn die Verordening (EU) 2019/1020 voor elk in de handel gebracht niet-automatisch weegwerktuig vereist, door de verklaring en documentatie te verifiëren, de autoriteiten over risico's te informeren en mee te werken aan corrigerende maatregelen. Art. 4(1) to Art. 4(5)

Importeur

- Breng uitsluitend conforme instrumenten in de handel en ga, voordat u een wettelijk gebruikt instrument in de handel brengt, na dat de fabrikant de conformiteitsbeoordeling van artikel 13 heeft uitgevoerd, de technische documentatie heeft opgesteld, de CE-markering en de aanvullende metrologiemarkering heeft aangebracht, de vereiste documenten heeft bijgevoegd en de identificatie- en adresmarkeringen heeft aangebracht; houd instrumenten tegen waarvan u meent dat zij niet aan bijlage I voldoen en informeer de fabrikant en de markttoezichtautoriteiten wanneer zij een risico vormen. Controleer voor instrumenten die niet bestemd zijn voor een wettelijk doel de identificatie- en adresmarkeringen.

Art. 8(1) and Art. 8(2)

- Vermeld uw naam, geregistreerde handelsnaam of merk en een postadres op het instrument of, wanneer dit vereist dat de verpakking wordt geopend, op de verpakking en in een begeleidend document, in een taal die eindgebruikers en de autoriteiten begrijpen. Art. 8(3)
- Zorg dat wettelijk gebruikte instrumenten vergezeld gaan van instructies en informatie in een taal die de lidstaat bepaalt, in Denemarken het Deens of het Engels, en zorg dat de opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van bijlage I niet in gevaar brengen zolang het instrument onder uw verantwoordelijkheid valt. Art. 8(4) and Art. 8(5); § 20, stk. 2, nr. 3
- Zorg dat wettelijk gebruikte instrumenten vergezeld gaan van instructies en informatie in een taal die de lidstaat bepaalt, in Denemarken het Deens of het Engels. Art. 8(4); § 20, stk. 2, nr. 3
- Zorg, zolang een instrument onder uw verantwoordelijkheid valt, dat de opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van bijlage I niet in gevaar brengen. Art. 8(5)
- Test op de markt gebrachte instrumenten steekproefsgewijs waar de risico's dit rechtvaardigen, onderzoek klachten en houd een register bij van klachten, non-conforme instrumenten en terugroepacties, en houd de distributeurs op de hoogte. Art. 8(6)
- Wanneer een door u in de handel gebracht instrument niet conform is, neem onmiddellijk corrigerende maatregelen, neem het uit de handel of roep het terug, en stel, wanneer het een risico vormt, de bevoegde nationale autoriteiten van de betrokken lidstaten in kennis van de bijzonderheden van de non-conformiteit en de corrigerende maatregelen. Art. 8(7)
- Houd een afschrift van de EU-conformiteitsverklaring van wettelijk gebruikte instrumenten gedurende 10 jaar ter beschikking van de markttoezichtautoriteiten en zorg dat de technische documentatie op verzoek beschikbaar kan worden gesteld; verstrek op met redenen omkleed verzoek informatie over de conformiteit in een taal die de autoriteit begrijpt, werk mee aan maatregelen ter beperking van de risico's en identificeer leveranciers en afnemers gedurende 10 jaar. Art. 8(8), Art. 8(9) and Art. 11
- Houd een afschrift van de EU-conformiteitsverklaring van wettelijk gebruikte instrumenten gedurende 10 jaar ter beschikking van de markttoezichtautoriteiten en zorg dat de technische documentatie op verzoek beschikbaar kan worden gesteld. Art. 8(8)
- Verstrek de autoriteit op met redenen omkleed verzoek de informatie en documentatie waaruit de conformiteit blijkt, in een taal die zij begrijpt, en werk mee aan maatregelen om de door de instrumenten veroorzaakte risico's weg te nemen. Art. 8(9)
- Zorg dat u gedurende 10 jaar na elke levering de marktdeelnemers kunt identificeren die u hebben beleverd en die u hebt beleverd. Art. 11
- Wanneer u een instrument onder uw eigen naam of merk in de handel brengt, of een reeds in de handel gebracht instrument zodanig wijzigt dat dit de conformiteit kan beïnvloeden, draagt u de verplichtingen van de fabrikant uit hoofde van artikel 6. Art. 10

Distributeur (groothandelaar, detailhandelaar of handelaar die weegschalen levert)

- Handel met de nodige zorgvuldigheid en ga, voordat u een wettelijk gebruikt instrument op de markt aanbiedt, na dat het de CE-markering en de aanvullende metrologiemarkering draagt, vergezeld gaat van de vereiste documenten en van instructies en informatie in een taal die de eindgebruikers in de lidstaat begrijpen, en dat de fabrikant en de importeur hun identificatie- en adresmarkeringen hebben aangebracht; houd instrumenten tegen waarvan u meent dat zij niet aan bijlage I voldoen en informeer de fabrikant of importeur en de markttoezichtautoriteiten wanneer zij een risico vormen. Verifieer voor instrumenten die niet bestemd zijn voor een wettelijk doel de identificatie- en adresmarkeringen.

Art. 9(1) and Art. 9(2)

- Zorg dat de opslag- en vervoersomstandigheden de naleving van bijlage I niet in gevaar brengen zolang een wettelijk gebruikt instrument onder uw verantwoordelijkheid valt. Art. 9(3)
- Wanneer een door u op de markt aangeboden instrument niet conform is, zorg dan dat corrigerende maatregelen worden genomen om het in overeenstemming te brengen, neem het uit de handel of roep het terug, en stel, wanneer het een risico vormt, onmiddellijk de bevoegde nationale autoriteiten van de betrokken lidstaten in kennis. Art. 9(4)
- Verstrek op met redenen omkleed verzoek de informatie en documentatie waaruit de conformiteit blijkt, werk mee aan maatregelen ter beperking van de risico's, en identificeer gedurende 10 jaar de marktdeelnemers die u hebben beleverd en die u hebt beleverd. Art. 9(5) and Art. 11
- Verstrek de autoriteit op met redenen omkleed verzoek de informatie en documentatie waaruit de conformiteit blijkt, in een taal die zij begrijpt, en werk mee aan maatregelen om de door de instrumenten veroorzaakte risico's weg te nemen. Art. 9(5)
- Zorg dat u gedurende 10 jaar na elke levering de marktdeelnemers kunt identificeren die u hebben beleverd en die u hebt beleverd. Art. 11
- Wanneer u onder uw eigen naam of merk verkoopt of een instrument zodanig wijzigt dat dit de conformiteit kan beïnvloeden, neemt u de verplichtingen van de fabrikant over; in Denemarken moet een instrument dat wordt gebruikt voor weging waarop een betaling is gebaseerd ook bij de gebruikende onderneming aan de regels voldoen, die de voorgeschreven nauwkeurigheidsklasse moet toepassen, het instrument zelf moet controleren en moet laten herkeuren, en die kan worden gelast het in overeenstemming te brengen of het gebruik ervan kan worden verboden. Art. 10; § 3 to § 8; § 16 a
- Wanneer u een instrument onder uw eigen naam of merk op de markt aanbiedt, of een instrument zodanig wijzigt dat dit de conformiteit kan beïnvloeden, neemt u de verplichtingen van de fabrikant uit hoofde van artikel 6 over. Art. 10

Sancties

De lidstaten stellen de regels vast voor sancties op inbreuken door marktdeelnemers op hun nationale omzettingwetgeving en handhaven deze; de sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en kunnen bij ernstige inbreuken strafrechtelijke sancties omvatten. Markttoezichtautoriteiten beoordelen instrumenten die een risico vormen voor de door de richtlijn beschermde algemene belangen, eisen corrigerende maatregelen, het uit de handel nemen of terugroepen binnen een met het risico evenredige termijn, informeren de aangemelde instantie en verbieden of beperken, indien de marktdeelnemer niet handelt, het op de markt aanbieden, nemen het instrument uit de handel of roepen het terug en stellen de Commissie en de andere lidstaten in kennis; conforme instrumenten die nog steeds een risico vormen, kunnen op dezelfde wijze worden behandeld. Formele non-conformiteit, zoals een ontbrekende of onjuist aangebrachte CE-markering of aanvullende metrologiemarkering, ontbrekende opschriften van bijlage III, een ontbrekend identificatienummer van de aangemelde instantie, een ontbrekende of onjuiste EU-conformiteitsverklaring, ontbrekende of onvolledige technische documentatie of ontbrekende identificatie van fabrikant of importeur, moet worden beëindigd en leidt anders tot beperking, verbod, het uit de handel nemen of terugroepen. Sinds 16 juli 2021 komen de toezichtbevoegdheden voort uit Verordening (EU) 2019/1020, op grond waarvan de autoriteiten documenten en informatie over de toeleveringsketen kunnen opvragen, producten kunnen inspecteren en controleren, corrigerende maatregelen kunnen eisen, het op de markt aanbieden kunnen verbieden en instrumenten kunnen laten uit de handel nemen, terugroepen of vernietigen. In Denemarken kan Sikkerhedsstyrelsen krachtens uitvoeringsbesluit nr. 773 van 1 juni 2022 gelasten dat formele non-conformiteit binnen een termijn wordt verholpen en vervolgens het uit de handel nemen, terugroepen of een verkoopverbod op grond van de productwet gelasten, en het in de handel brengen van non-conforme instrumenten, ontbrekende documentatie, markeringen, instructies, kennisgevingen, mandaten en het gebruik van een niet door Sikkerhedsstyrelsen of een andere lidstaat aangewezen instantie bestraffen met een geldboete, met gevangenisstraf tot 2 jaar bij verzwarende omstandigheden; uitvoeringsbesluit nr. 591 van 29 mei 2018 beboet de eigenaar die een ongemarkeerd instrument, de verkeerde nauwkeurigheidsklasse of geen zelfcontrole of herkeuring gebruikt voor een wettelijk doel; en de productwet voegt daar bevelen aan toe om gebruikers te waarschuwen, de verkoop te staken, te verhelpen, de verkoop stop te zetten, uit de handel te nemen, terug te roepen of te vernietigen, verboden, bevelen aan de eigenaar van een instrument dat wordt gebruikt voor op betaling gebaseerde meting, en geldboeten, oplopend tot gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar bij verzwarende omstandigheden, voor inbreuken op de wet, op artikel 4 van Verordening (EU) 2019/1020 en op de besluiten van de autoriteit. Sinds januari 2026 is Sikkerhedsstyrelsen de afdeling Markedsovervågning van Erhvervsstyrelsen.

Art. 36, Art. 37, Art. 39, Art. 40 and Art. 42; Art. 14, Art. 16, Art. 39 and Annex I point 50; § 54 and § 55; § 12; § 2, stk. 1, nr. 13, § 9, §

Checklist

1. Ga na of het instrument niet-automatisch is, dat wil zeggen tijdens het wegen een bediener nodig heeft; een instrument dat weegt zonder bediener valt in plaats daarvan onder de Richtlijn meetinstrumenten als MI-006 (artikel 2, punt 2).
2. Bepaal voor welke van de zeven gebruikscategorieën van artikel 1, lid 2, het instrument bestemd is; alleen de zes doeleinden van de punten a) tot en met f) leiden tot de essentiële eisen, de conformiteitsbeoordeling en de CE- en metrologiemarkering (artikel 1, lid 2, en artikel 4).
3. Bepaal uw rol voor elk product, met dien verstande dat verkoop onder uw eigen merk of het wijzigen van een instrument u tot fabrikant maakt (artikel 2, punt 5, en artikel 10).
4. Kies de nauwkeurigheidsklasse I, II, III of IIII en het keuringsschaalinterval, de minimumcapaciteit en het aantal keuringsschaalintervallen uit tabel 1 van bijlage I, en ontwerp volgens de maximaal toelaatbare fouten van tabel 3 en, waar relevant, de regels voor rechtstreekse verkoop van punt 14 (bijlage I, punten 2, 4 en 14).
5. Pas de in het Publicatieblad vermelde geharmoniseerde normen krachtens de richtlijn toe, of documenteer de in plaats daarvan gebruikte oplossingen (artikel 12 en bijlage II, punt 1.3, onder c), iv)).
6. Kies de moduleroute — B + D, B + F, D1 of F1 voor mechanische instrumenten zonder veer, of G — en schakel een door de Commissie vermelde aangemelde instantie in; in Denemarken een door Sikkerhedsstyrelsen of een andere lidstaat aangewezen instantie (artikel 13, bijlage II en uitvoeringsbesluit nr. 773/2022, § 34).
7. Stel de technische documentatie samen met de risicoanalyse, tekeningen, normenlijst, berekeningen en testverslagen, en bewaar deze samen met de verklaring gedurende 10 jaar (artikel 6, lid 3, en bijlage II, punt 1.3).
8. Stel de EU-conformiteitsverklaring van bijlage IV op, als één enkele verklaring wanneer ook andere Unierechtshandelingen van toepassing zijn, vertaald zoals de lidstaten vereisen (artikel 14).
9. Breng vóór het in de handel brengen de CE-markering, de aanvullende metrologiemarkering M met het tweecijferige jaartal in een rechthoek, het nummer van de aangemelde instantie en de opschriften van bijlage III aan, en het symbool voor beperkt gebruik op verbonden niet-wettelijke toestellen (artikelen 16, 17 en 18 en bijlage III).
10. Zet de procedure voor corrigerende maatregelen en kennisgeving op, zorg voor traceerbaarheid van leveranciers en afnemers gedurende 10 jaar en, waar de risico's dit rechtvaardigen, voor steekproeftests en een klachtenregister (artikel 6, leden 4 en 8, artikel 8, leden 6 en 7, artikel 9, lid 4, en artikel 11).

Bronnen

1. Richtlijn 2014/31/EU betreffende niet-automatische weegwerktuigen zoals bekendgemaakt in PB L 96 van 29 maart 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0031>
2. Documentinformatie, data, rectificaties en verbanden voor CELEX 32014L0031 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32014L0031>
3. Richtlijn 2009/23/EG betreffende niet-automatische weegwerktuigen, ingetrokken met ingang van 20 april 2016 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32009L0023>
4. Richtlijn 2014/32/EU betreffende meetinstrumenten, die automatische weeginstrumenten bestrijkt (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0032>
5. Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
6. Wettelijke metrologie (Europese Commissie, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en
7. Meet- en weeginstrumenten in de EU, met de WELMEC-gidsen en geharmoniseerde normen krachtens de NAWID (Europese Commissie, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/measuring-weighing-instruments-eu_en
8. Bekendtgørelse nr. 773 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/773>
9. Bekendtgørelse nr. 591 af 29. maj 2018 om anvendelse af ikke-automatiske vægte (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/591>
10. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
11. Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/love-og-regler-0/regler-og-bekendtgørelser-maaling-og-vaegt>
12. Spørgsmål og svar om direktiv om ikke-automatiske vægte (NAWI) (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-vaegt-og-e-maerkning-metrologi/spoergsmaal-og-svar/spoergsmaal-og-svar-om-direktiv-om-ikke-automatiske-vaegte-nawi>
13. Vejledning for ikke-automatiske vægte (NAWI) i brug (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/vejledning-ikke-automatiske-vaegte-nawi-brug>
14. Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/legal-maaling-og-vejning-legal-metrologi>
15. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

Gegenereerd op basis van <https://www.conphora.com/nl/eu-verordeningen/nawi/> op 13 oktober 2026

Geschreven op basis van de officiële tekst op EUR-Lex en de richtsnoeren van de Commissie, met een bron voor elk feit. Dit is geen juridisch advies.