

MID: Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych (Dyrektywa 2014/32/UE) – wyjaśnienie

Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych określa zasadnicze wymagania, ocenę jednostki notyfikowanej oraz oznakowanie CE i metrologiczne dla dziesięciu kategorii przyrządów, z obowiązkami producentów, przedstawicieli, importerów i dystrybutorów. Obowiązuje od 20 kwietnia 2016 r.; dyrektywa (UE) 2026/706 dodaje od 10 października 2028 r. ładowarki pojazdów elektrycznych i dystrybutory gazu.

Przegląd z dnia 24 września 2026, recenzent: Conphora compliance team · Kolejny przegląd: 12 marca 2027 · Nie jest to porada prawna

Najważniejsze fakty

Odniesienie	Dyrektywa 2014/32/UE	Rodzaj aktu	Directive
Wejście w życie	18 kwietnia 2014	Stosuje się od	20 kwietnia 2016
Zmieniony przez	Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/13, Dyrektywa (UE) 2026/706	Organy egzekwujące	Krajowe organy nadzoru rynku egzekwują krajowe przepisy transponujące dyrektywę; art. 41 nadal odwołuje się do art. 15 ust. 3 i art. 16–29 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, które od 16 lipca 2021 r. należy czytać jako rozporządzenie (UE) 2019/1020, którego załącznik I wymienia dyrektywę w pkt 51.

CELEX 32014L0032

Kluczowe terminy

30 października 2006	Zaczyna obowiązywać dyrektywa 2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych, która uchyla jedenaście dyrektyw dotyczących przyrządów, wydanych w ramach dawnego podejścia – od gazomierzy i taksometrów po wodomierze do ciepłej wody	art. 22 i art. 24
26 lutego 2014	Parlament Europejski i Rada przyjmują dyrektywę 2014/32/UE jako wersję przekształconą dyrektywy 2004/22/WE, dostosowaną do nowych ram prawnych	tytuł i art. 52
18 kwietnia 2014	Wejście w życie w dwudziestym dniu po publikacji w Dz.Urz. UE L 96 z 29 marca 2014 r.; od tej daty biegnie przekazane uprawnienie do zmiany załączników dotyczących poszczególnych przyrządów	art. 48 ust. 2 i art. 53
27 stycznia 2015	Wchodzi w życie dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/13: zakres przepływu wodomierzy w załączniku III wynosi co najmniej $Q3/Q1 = 40$; transpozycja do 19 kwietnia 2016 r., stosowanie od 20 kwietnia 2016 r.	art. 1, art. 2 i art. 3
19 kwietnia 2016	Termin, do którego państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy transponujące definicje, obowiązki podmiotów gospodarczych, domniemanie zgodności, deklarację, zasady oznakowania, rozdziały o jednostkach notyfikowanych i nadzorze rynku, kary oraz załącznik II	art. 51 ust. 1
20 kwietnia 2016	Zaczynają się stosować środki krajowe; bezpośrednio stosuje się art. 1–3, pierwsze cztery definicje, art. 5–7, 15–18 i 20, art. 22 ust. 2 i 4 oraz załączniki I i III–XII; dyrektywa 2004/22/WE zostaje uchylona; przyrządy zgodne z nią i wprowadzone do obrotu przed tą datą można nadal udostępniać na rynku i oddawać do użytku, a wydane na jej podstawie certyfikaty zachowują ważność	art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 52 i art. 53
30 października 2016	Koniec dziesięcioletniego okresu przejściowego odziedziczonego z art. 23 dyrektywy 2004/22/WE dla przyrządów spełniających przepisy obowiązujące przed 30 października 2006 r.	art. 50 ust. 2
16 lipca 2021	Zaczyna obowiązywać rozporządzenie (UE) 2019/1020: uchyla art. 15–29 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, wymienia dyrektywę w pkt 51 swojego załącznika I i na mocy art. 4 wymaga, aby dla każdego przyrządu	art. 4 ust. 5, art. 39, art. 44 i załącznik I pkt 51

pomiarowego wprowadzanego do obrotu istniał
podmiot gospodarczy mający siedzibę w Unii

1 lipca 2022	Wchodzi w życie duńskie rozporządzenie wykonawcze nr 774 z 1 czerwca 2022 r. w sprawie udostępniania przyrządów pomiarowych na rynku, zastępujące rozporządzenie nr 544 z 28 maja 2018 r.; stosuje dyrektywę do wodomierzy, gazomierzy, liczników energii elektrycznej i ciepła, układów pomiarowych do cieczy, wag automatycznych, wzorców miary i przyrządów do pomiaru wymiarów, a nie do taksometrów i analizatorów spalin	§ 1 i § 60
1 stycznia 2026	Sikkerhedsstyrelsen staje się departamentem Markedsovervågning w Erhvervsstyrelsen i dalej wykonuje te same zadania, w tym kontrolę przyrządów pomiarowych i wyznaczanie jednostek notyfikowanych	§ 9
9 kwietnia 2026	Wchodzi w życie dyrektywa (UE) 2026/706: dodano układy pomiarowe do urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych (MI-011, załącznik Va) i do dystrybutorów sprężonego gazu (MI-012, załącznik VIIa) oraz zaktualizowano załącznik I i załączniki dotyczące gazomierzy, liczników energii elektrycznej i ciepłomierzy; jednostki oceniające zgodność mogą być notyfikowane na podstawie zmienionej dyrektywy przed 10 października 2028 r. i mogą wówczas wydawać certyfikaty dla zmienionych załączników dotyczących gazomierzy, liczników energii elektrycznej i ciepłomierzy	art. 1, art. 4 i art. 5
10 kwietnia 2028	Termin, do którego państwa członkowskie przyjmują i publikują środki transponujące dyrektywę (UE) 2026/706	art. 3 ust. 1
10 października 2028	Zaczynają się stosować środki krajowe transponujące dyrektywę (UE) 2026/706; przyrządy zgodne z dyrektywą w brzmieniu obowiązującym w dniu 8 kwietnia 2026 r. i wprowadzone do obrotu przed tą datą można nadal udostępniać na rynku i oddawać do użytku	art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1
10 kwietnia 2030	Koniec okresu przejściowego dla układów pomiarowych do urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych i dystrybutorów sprężonego gazu, zgodnych z prawem krajowym i wprowadzonych do obrotu przed tą datą	art. 2 ust. 2

10 kwietnia 2038

Ostateczna data, do której zachowują ważność
certyfikaty wydane przed 10 października 2028
r. dla przyrządów objętych dyrektywą na mocy
dyrektywy (UE) 2026/706

art. 2 ust. 3

Obowiązki według roli

Producent (w tym właściciele marek i podmioty użytkujące przyrząd na własne potrzeby)

- Zaprojektować i wyprodukować przyrząd zgodnie z zasadniczymi wymaganiami załącznika I i właściwego załącznika dotyczącego danego przyrządu: błędy mieszczące się w granicach dopuszczalnych błędów w znamionowych warunkach pracy, określone właściwości w przypadku zakłóceń, odtwarzalność, powtarzalność, rozróżnialność, trwałość, niezawodność, przydatność, ochrona przed zakłóceniem sprzętu, oprogramowania i danych oraz napisy, informacje i wskazanie wyniku.
art. 6, art. 8 ust. 1 i załącznik I pkt 1-12
- Sporządzić dokumentację techniczną, o której mowa w art. 18, która umożliwi zrozumienie projektu, produkcji i działania oraz wykazuje właściwości metrologiczne, odtwarzalność i integralność, w tym rysunki, procedury produkcyjne, opisy oprogramowania, zastosowane normy zharmonizowane lub dokumenty normatywne, wyniki badań w znamionowych warunkach pracy i w przypadku zakłóceń, wyniki badań trwałości gazomierzy, wodomierzy, ciepłomierzy i liczników cieczy oraz miejsca umieszczenia plomb i oznakowań. art. 8 ust. 2 i art. 18
- Przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie jednej z procedur oceny zgodności wymienionych w załączniku dotyczącym danego przyrządu, korzystając z jednostki notyfikowanej w zakresie badania typu UE, zapewnienia jakości, weryfikacji wyrobu lub weryfikacji jednostkowej, zależnie od wybranego modułu; w Danii jednostka musi być wyznaczona przez Sikkerhedsstyrelsen lub przez inne państwo członkowskie. art. 8 ust. 2, art. 17 i załącznik II; § 33 i § 34
- Sporządzić deklarację zgodności UE według wzoru z załącznika XIII, przetłumaczoną na języki wymagane przez państwo członkowskie, stale aktualizowaną i – jeżeli stosuje się kilka aktów Unii – jako jedną deklarację obejmującą je wszystkie, oraz umieścić oznakowanie CE i dodatkowe oznakowanie metrologiczne przed wprowadzeniem przyrządu do obrotu. art. 8 ust. 2, art. 19, art. 20 i art. 22 ust. 3
- Sporządzić deklarację zgodności UE według wzoru z załącznika XIII, przetłumaczoną na języki wymagane przez państwo członkowskie, stale aktualizowaną i – jeżeli stosuje się kilka aktów Unii – jako jedną deklarację obejmującą je wszystkie. art. 8 ust. 2 i art. 19
- Umieścić oznakowanie CE i dodatkowe oznakowanie metrologiczne – wielką literę M i dwie ostatnie cyfry roku umieszczenia oznakowania w prostokącie o wysokości oznakowania CE – w sposób widoczny, czytelny i trwały na przyrządzie lub jego tabliczce znamionowej, przy czym oznakowanie metrologiczne umieszcza się bezpośrednio po oznakowaniu CE, a po nim numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli jednostka ta uczestniczy w kontroli produkcji. art. 21 i art. 22
- Przechowywać dokumentację techniczną i deklarację zgodności UE przez 10 lat od wprowadzenia przyrządu do obrotu oraz utrzymywać zgodność produkcji seryjnej, uwzględniając zmiany w projekcie i właściwościach oraz w normach lub dokumentach normatywnych, do których się odwołało; jeżeli uzasadniają to parametry użytkowe przyrządu, badać próbki przyrządów znajdujących się w obrocie, prowadzić postępowania wyjaśniające i rejestr skarg, przyrządów niezgodnych i odzyskanych oraz informować dystrybutorów. art. 8 ust. 3 i art. 8 ust. 4
- Przechowywać dokumentację techniczną i deklarację zgodności UE przez 10 lat od wprowadzenia przyrządu do obrotu. art. 8 ust. 3
- Utrzymywać zgodność produkcji seryjnej, uwzględniając zmiany w projekcie lub właściwościach oraz w normach zharmonizowanych lub dokumentach normatywnych, do których się odwołało. art. 8 ust. 4
- Jeżeli uzasadniają to parametry użytkowe przyrządu, badać próbki przyrządów znajdujących się w obrocie, prowadzić postępowania wyjaśniające w sprawie skarg, prowadzić rejestr skarg, przyrządów niezgodnych i odzyskanych oraz informować dystrybutorów o tym monitorowaniu. art. 8 ust. 4
- Oznaczyć przyrząd numerem typu, partii lub serii albo innym identyfikatorem oraz swoją nazwą, zarejestrowaną nazwą handlową lub znakiem towarowym i jednym adresem pocztowym do kontaktu, a

jeżeli wielkość lub charakter przyrządu na to nie pozwala – umieścić te dane w dokumencie towarzyszącym i na opakowaniu, oraz dostarczyć kopię deklaracji zgodności UE oraz instrukcje i informacje, o których mowa w załączniku I pkt 9.3, w języku określonym przez państwo członkowskie. art. 8 ust. 5, art. 8 ust. 6, art. 8 ust. 7 i załącznik I pkt 9

- Oznaczyć przyrząd numerem typu, partii lub serii albo innym identyfikatorem oraz swoją nazwą, zarejestrowaną nazwą handlową lub znakiem towarowym i jednym adresem pocztowym do kontaktu albo – jeżeli przyrząd na to nie pozwala – umieścić je w dokumencie towarzyszącym i na opakowaniu. art. 8 ust. 5 i art. 8 ust. 6
- Dostarczyć przyrząd wraz z kopią deklaracji zgodności UE oraz z instrukcjami i informacjami, o których mowa w załączniku I pkt 9.3, w języku określonym przez państwo członkowskie. art. 8 ust. 7 i załącznik I pkt 9
- Jeżeli producent uważa lub ma powody sądzić, że przyrząd wprowadzony przez niego do obrotu nie jest zgodny, niezwłocznie doprowadzić go do zgodności, wycofać go z obrotu lub odzyskać, a jeżeli stwarza on ryzyko – poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których go udostępniono; na uzasadniony wniosek przekazać wszystkie informacje i dokumentację potwierdzające zgodność w języku zrozumiałym dla organu, współpracować przy środkach eliminujących ryzyko oraz przez 10 lat umieć wskazać swoich dostawców i odbiorców. art. 8 ust. 8, art. 8 ust. 9 i art. 13
- Jeżeli przyrząd wprowadzony przez producenta do obrotu nie jest zgodny, niezwłocznie doprowadzić go do zgodności, wycofać go z obrotu lub odzyskać, a jeżeli stwarza on ryzyko – poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których go udostępniono. art. 8 ust. 8
- Na uzasadniony wniosek organu przekazywać mu informacje i dokumentację potwierdzające zgodność w języku dla niego zrozumiałym oraz współpracować przy środkach eliminujących ryzyko stwarzane przez przyrządy. art. 8 ust. 9
- Przez 10 lat od każdej dostawy umieć wskazać podmioty gospodarcze, które dostarczyły przyrząd producentowi, oraz podmioty gospodarcze, którym producent go dostarczył. art. 13

Upoważniony przedstawiciel

- Działać na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, które co najmniej pozwala przechowywać deklarację zgodności UE i dokumentację techniczną do dyspozycji krajowych organów nadzoru rynku przez 10 lat od wprowadzenia przyrządu do obrotu, przekazywać informacje i dokumentację potwierdzające zgodność na uzasadniony wniosek oraz współpracować z organami przy środkach eliminujących ryzyko stwarzane przez przyrządy objęte pełnomocnictwem. art. 9 ust. 2
- Działać wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa od producenta, które określa zadania wykonywane w jego imieniu. art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 2
- Przechowywać deklarację zgodności UE i dokumentację techniczną do dyspozycji krajowych organów nadzoru rynku przez 10 lat od wprowadzenia przyrządu do obrotu. art. 9 ust. 2 lit. a)
- Na uzasadniony wniosek organu przekazywać mu informacje i dokumentację potwierdzające zgodność oraz współpracować z nim przy środkach eliminujących ryzyko stwarzane przez przyrządy objęte pełnomocnictwem. art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 9 ust. 2 lit. c)
- Nie przejmować obowiązku producenta dotyczącego zaprojektowania i wyprodukowania przyrządu zgodnie z zasadniczymi wymaganiami ani sporządzenia dokumentacji technicznej; nie mogą one wchodzić w zakres pełnomocnictwa. art. 9 ust. 1
- Jeżeli poleci to jednostka notyfikowana, umieścić w imieniu producenta jej numer identyfikacyjny po oznakowaniu CE i metrologicznym oraz przez 10 lat umieć wskazać podmioty gospodarcze, które dostarczyły przyrząd, oraz te, którym go dostarczono. art. 13 i art. 22 ust. 5
- Jeżeli poleci to jednostka notyfikowana, umieścić w imieniu producenta jej numer identyfikacyjny po oznakowaniu CE i metrologicznym. art. 22 ust. 5
- Przez 10 lat od każdej dostawy umieć wskazać podmioty gospodarcze, które dostarczyły przyrząd upoważnionemu przedstawicielowi, oraz podmioty gospodarcze, którym go dostarczono. art. 13
- Jeżeli producent ma siedzibę poza Unią i nie ma importera, upoważniony przedstawiciel może być podmiotem gospodarczym mającym siedzibę w Unii, którego rozporządzenie (UE) 2019/1020 wymaga dla każdego przyrządu pomiarowego wprowadzanego do obrotu; sprawdza wówczas deklarację i dokumentację, informuje organy o ryzyku i współpracuje przy działaniach naprawczych.

art. 4 ust. 1 do art. 4 ust. 5

Importer

- Wprowadzać do obrotu wyłącznie przyrządy zgodne, a przed wprowadzeniem przyrządu do obrotu lub oddaniem go do użytku sprawdzić, czy producent przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności, sporządził dokumentację techniczną, umieścił oznakowanie CE i dodatkowe oznakowanie metrologiczne, dostarczył kopię deklaracji zgodności UE i wymagane dokumenty oraz zastosował oznaczenia identyfikacyjne i adresowe; wstrzymać przyrządy niezgodne i poinformować producenta oraz organy nadzoru rynku, jeżeli stwarzają ryzyko. art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2
- Podać swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub znak towarowy oraz adres pocztowy do kontaktu na przyrządzie lub – jeżeli nie jest to możliwe – w dokumencie towarzyszącym i na opakowaniu, w języku zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów. art. 10 ust. 3
- Zapewnić, aby do przyrządu dołączono instrukcje i informacje, o których mowa w załączniku I pkt 9.3, w języku określonym przez państwo członkowskie, oraz aby warunki przechowywania i transportu nie zagrażały zgodności z zasadniczymi wymaganiami. art. 10 ust. 4 i art. 10 ust. 5
- Zapewnić, aby do przyrządu dołączono instrukcje i informacje, o których mowa w załączniku I pkt 9.3, w języku określonym przez państwo członkowskie. art. 10 ust. 4
- Dopóki przyrząd pozostaje pod odpowiedzialnością importera, dbać o to, aby warunki przechowywania i transportu nie zagrażały jego zgodności z zasadniczymi wymaganiami. art. 10 ust. 5
- Jeżeli uzasadniają to parametry użytkowe przyrządu, badać próbki przyrządów znajdujących się w obrocie, prowadzić postępowania wyjaśniające i rejestr skarg, przyrządów niezgodnych i odzyskanych oraz informować dystrybutorów. art. 10 ust. 6
- Jeżeli przyrząd wprowadzony przez importera do obrotu nie jest zgodny, niezwłocznie podjąć działania naprawcze, wycofać go z obrotu lub odzyskać, a jeżeli stwarza on ryzyko – poinformować właściwe organy krajowe zainteresowanych państw członkowskich, podając szczegóły dotyczące niezgodności i podjętych działań naprawczych. art. 10 ust. 7
- Przechowywać kopię deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez 10 lat i zapewnić możliwość udostępnienia dokumentacji technicznej na żądanie; na uzasadniony wniosek przekazywać informacje potwierdzające zgodność w języku zrozumiałym dla organu, współpracować przy środkach eliminujących ryzyko oraz przez 10 lat umieć wskazać dostawców i odbiorców. art. 10 ust. 8, art. 10 ust. 9 i art. 13
- Przechowywać kopię deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez 10 lat od wprowadzenia do obrotu i zapewnić możliwość udostępnienia dokumentacji technicznej na żądanie. art. 10 ust. 8
- Na uzasadniony wniosek organu przekazywać mu informacje i dokumentację potwierdzające zgodność w języku dla niego zrozumiałym oraz współpracować przy środkach eliminujących ryzyko stwarzane przez przyrządy. art. 10 ust. 9
- Przez 10 lat od każdej dostawy umieć wskazać podmioty gospodarcze, które dostarczyły przyrząd importerowi, oraz podmioty gospodarcze, którym go dostarczono. art. 13
- Jeżeli importer wprowadza przyrząd do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo modyfikuje przyrząd już wprowadzony do obrotu w sposób mogący wpłynąć na zgodność, ponosi obowiązki producenta wynikające z art. 8. art. 12

Dystrybutor (hurtownik, sprzedawca detaliczny lub instalator dostarczający przyrządy)

- Działać z należytą starannością i przed udostępnieniem przyrządu na rynku lub oddaniem go do użytku sprawdzić, czy ma on oznakowanie CE i dodatkowe oznakowanie metrologiczne, czy dołączono do niego deklarację zgodności UE, wymagane dokumenty oraz instrukcje i informacje w języku zrozumiałym dla użytkowników końcowych w danym państwie członkowskim, a także czy producent i importer zastosowali oznaczenia identyfikacyjne i adresowe; wstrzymać przyrządy niezgodne i poinformować producenta lub importera oraz organy nadzoru rynku, jeżeli stwarzają ryzyko. art. 11 ust. 1 i art. 11 ust. 2
- Dopóki przyrząd pozostaje pod odpowiedzialnością dystrybutora, dbać o to, aby warunki przechowywania i transportu nie zagrażały zgodności z zasadniczymi wymaganiami. art. 11 ust. 3
- Jeżeli przyrząd udostępniony na rynku lub oddany do użytku nie jest zgodny, dopilnować podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia go do zgodności, wycofać go z obrotu lub odzyskać, a jeżeli stwarza on ryzyko – niezwłocznie poinformować właściwe organy krajowe zainteresowanych państw członkowskich. art. 11 ust. 4
- Na uzasadniony wniosek przekazywać informacje i dokumentację potwierdzające zgodność, współpracować przy środkach eliminujących ryzyko oraz przez 10 lat umieć wskazać podmioty gospodarcze, które dostarczyły przyrząd dystrybutorowi, i te, którym go dostarczono. art. 11 ust. 5 i art. 13
- Na uzasadniony wniosek organu przekazywać mu informacje i dokumentację potwierdzające zgodność w języku dla niego zrozumiałym oraz współpracować przy środkach eliminujących ryzyko stwarzane przez przyrządy. art. 11 ust. 5
- Przez 10 lat od każdej dostawy umieć wskazać podmioty gospodarcze, które dostarczyły przyrząd dystrybutorowi, oraz podmioty gospodarcze, którym go dostarczono. art. 13
- Jeżeli dystrybutor sprzedaje przyrząd pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo modyfikuje go w sposób mogący wpłynąć na zgodność, przejmuje obowiązki producenta; w Danii przyrząd stosowany do pomiarów będących podstawą rozliczeń musi też spełniać przepisy w rękach właściciela przyrządu, któremu można nakazać doprowadzenie go do zgodności lub zakazać jego używania.
art. 12; § 4 nr 2, § 5 stk. 4 i § 16 a
- Jeżeli dystrybutor udostępnia przyrząd na rynku pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo modyfikuje go w sposób mogący wpłynąć na zgodność, przejmuje obowiązki producenta wynikające z art. 8. art. 12

Kary

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o karach za naruszenia przez podmioty gospodarcze krajowych przepisów transponujących i egzekwują je; kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i mogą obejmować sankcje karne za poważne naruszenia. Organy nadzoru rynku oceniają przyrządy stwarzające ryzyko dla interesów publicznych chronionych dyrektywą, wymagają działań naprawczych, wycofania z obrotu lub odzyskania w terminie współmiernym do ryzyka, informują jednostkę notyfikowaną, a jeżeli podmiot nie podejmie działań – zakazują lub ograniczają udostępnianie na rynku, wycofują z obrotu lub odzyskują przyrząd i powiadamiają Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie; w taki sam sposób można postąpić z przyrządami zgodnymi, które nadal stwarzają ryzyko. Niezgodność formalna, taka jak brak lub nieprawidłowo umieszczone oznakowanie CE lub dodatkowe oznakowanie metrologiczne, brak numeru jednostki notyfikowanej, brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności UE, brak lub niekompletna dokumentacja techniczna albo brak identyfikacji producenta lub importera, musi zostać usunięta, a w przeciwnym razie prowadzi do ograniczenia, zakazu, wycofania z obrotu lub odzyskania. Od 16 lipca 2021 r. uprawnienia nadzorcze wynikają z rozporządzenia (UE) 2019/1020, na którego podstawie organy mogą żądać dokumentów i informacji o łańcuchu dostaw, przeprowadzać kontrole i nabywać próbki, wymagać działań naprawczych, zakazywać udostępniania na rynku oraz nakazywać wycofanie z obrotu, odzyskanie lub zniszczenie przyrządów. W Danii duńskie rozporządzenie wykonawcze nr 774 z 1 czerwca 2022 r. pozwala Sikkerhedsstyrelsen nakazać usunięcie niezgodności formalnych w wyznaczonym terminie, a następnie nakazać wycofanie z obrotu, odzyskanie lub zakaz sprzedaży na podstawie ustawy o produktach, nakazać usunięcie nieprawidłowo umieszczonego oznakowania metrologicznego oraz przewiduje karę grzywny za wprowadzanie do obrotu przyrządów niezgodnych, brak dokumentacji, oznakowań, instrukcji, powiadomień, pełnomocnictw i brak korzystania z jednostki notyfikowanej, z karą pozbawienia wolności do 2 lat w okolicznościach obciążających oraz odpowiedzialnością przedsiębiorstw; ustawa o produktach dodaje nakazy ostrzegania użytkowników, zaprzestania wprowadzania do obrotu, usunięcia uchybień, wstrzymania sprzedaży, wycofania z obrotu, odzyskania lub zniszczenia, zakazy, nakazy skierowane do właściciela przyrządu stosowanego do pomiarów będących podstawą rozliczeń oraz grzywny, sięgające kary pozbawienia wolności do 2 lat w okolicznościach obciążających, za naruszenia ustawy, art. 4 rozporządzenia (UE) 2019/1020 i decyzji organu. Od stycznia 2026 r. Sikkerhedsstyrelsen jest departamentem Markedsovervågning w Erhvervsstyrelsen.

art. 41, art. 42, art. 44, art. 45 i art. 49; art. 14, art. 16, art. 39 i załącznik I pkt 51; § 57, § 58 i § 59; § 2 stk. 1 nr 14, § 9, § 14, § 16, §

Lista kontrolna

- 1. Potwierdzić, że przyrząd jest zdefiniowany w jednym z załączników dotyczących poszczególnych przyrządów – obecnie MI-001 do MI-010, a od 10 października 2028 r. także MI-011 i MI-012 – oraz sprawdzić, czy każde państwo członkowskie sprzedaży wyznacza jego zastosowanie do zadania pomiarowego podlegającego kontroli prawnej; w Danii zob. duńskie rozporządzenie wykonawcze nr 774/2022 § 1 (art. 2 i 3).
- 2. Ustalić swoją rolę dla każdego produktu, pamiętając, że sprzedaż pod własną marką, modyfikacja przyrządu lub oddanie go do użytku na własne potrzeby czyni Państwa producentem (art. 4 pkt 8 i art. 12).
- 3. Wskazać normy zharmonizowane i dokumenty normatywne OIML wymienione w Dzienniku Urzędowym, które obejmują dany przyrząd, albo udokumentować rozwiązania techniczne stosowane w ich miejsce (art. 14 oraz art. 18 ust. 3 lit. f) i g)).
- 4. Określić znamionowe warunki pracy, graniczne temperatury klimatyczne z tabeli 1 załącznika I, klasę mechaniczną M1–M3 i klasę elektromagnetyczną E1–E3 oraz przeprowadzić badania pod kątem granic dopuszczalnych błędów i zakłóceń określonych w załączniku dotyczącym danego przyrządu (załącznik I pkt 1).
- 5. Wybrać moduł oceny zgodności dopuszczony w załączniku dotyczącym danego przyrządu – dla większości liczników B + F, B + D lub H1 – i zaangażować jednostkę notyfikowaną z wykazu Komisji, a w przypadku miar pojemności do podawania napojów w module A2 – akredytowaną jednostkę wewnętrzną; w Danii jednostka notyfikowana musi być wyznaczona przez Sikkerhedsstyrelsen lub przez organ w innym państwie UE (art. 17, art. 30, załącznik II oraz duńskie rozporządzenie wykonawcze nr 774/2022 § 33).
- 6. Skompletować dokumentację techniczną, o której mowa w art. 18, z rysunkami, opisami oprogramowania, procedurami produkcyjnymi, wynikami badań i badań trwałości oraz wskazaniem miejsca plomb i oznakowań, i przechowywać ją wraz z deklaracją przez 10 lat (art. 8 ust. 3 i art. 18).
- 7. Sporządzić deklarację zgodności UE według wzoru z załącznika XIII, jako jedną deklarację, jeżeli stosuje się także dyrektywę EMC lub inne akty Unii, i przetłumaczyć ją zgodnie z wymaganiami państw członkowskich (art. 19).
- 8. Umieścić oznakowanie CE, dodatkowe oznakowanie metrologiczne M z dwucyfrowym rokiem w prostokącie oraz numer jednostki notyfikowanej na przyrządzie lub jego tabliczce znamionowej przed wprowadzeniem do obrotu (art. 21 i 22).
- 9. Oznaczyć identyfikator, nazwy i adresy producenta i importera, dokładność oraz pozostałe napisy z załącznika I pkt 9 i dostarczyć kopię deklaracji oraz instrukcje w wymaganym języku (art. 8 ust. 5–7 oraz art. 10 ust. 3 i 4).
- 10. Wdrożyć procedurę działań naprawczych i powiadamiania, 10-letnią identyfikowalność dostawców i odbiorców oraz – jeżeli uzasadniają to parametry użytkowe przyrządu – badanie próbek i rejestr skarg (art. 8 ust. 4, art. 8 ust. 8, art. 10 ust. 6, art. 10 ust. 7, art. 11 ust. 4 i art. 13).

Źródła

1. Dyrektywa 2014/32/UE w sprawie przyrządów pomiarowych, tekst skonsolidowany z 27 stycznia 2015 r. (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02014L0032-20150127>
2. Dyrektywa 2014/32/UE w brzmieniu opublikowanym w Dz.Urz. UE L 96 z 29 marca 2014 r. (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0032>
3. Informacje o dokumencie, daty i powiązania dla CELEX 32014L0032 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32014L0032>
4. Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/13 zmieniająca załącznik III w zakresie przepływu wodomierzy (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015L0013>
5. Dyrektywa (UE) 2026/706 zmieniająca dyrektywę 2014/32/UE w zakresie urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych, dystrybutorów sprężonego gazu oraz liczników energii elektrycznej, gazu i ciepła (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32026L0706>
6. Dyrektywa 2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych, tekst skonsolidowany z 1 grudnia 2009 r. (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02004L0022-20091201>
7. Dyrektywa 2014/31/UE w sprawie wag nieautomatycznych (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0031>
8. Rozporządzenie (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
9. Metrologia prawna (Komisja Europejska, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en
10. Przyrządy pomiarowe i wagi w UE (Komisja Europejska, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/measuring-weighing-instruments-eu_en
1. Bekendtgørelse nr. 774 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/774>
2. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
3. Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/legal-maaling-og-vejning-legal-metrologi>
4. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen od stycznia 2026 r. (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

Wygenerowano z <https://www.conphora.com/pl/rozporzadzenia-ue/mid/> dnia 13 października 2026

Opracowane na podstawie oficjalnego tekstu w EUR-Lex i wytycznych Komisji, ze źródłem dla każdego faktu. Nie jest to porada prawna.