

MID: Mätinstrumentdirektivet (Direktiv 2014/32/EU), förklarat

MID fastställer väsentliga krav, bedömning av ett anmält organ samt CE-märkning och metrologimärkning för tio kategorier av mätinstrument, med skyldigheter för tillverkare, representanter, importörer och distributörer. Det har tillämpats sedan 20 april 2016; direktiv (EU) 2026/706 lägger till system för laddning av elfordon och gasdistribution från 10 oktober 2028.

Granskad 24 september 2026 av Conphora compliance team · Nästa granskning 12 mars 2027 · Inte juridisk rådgivning

Fakta i korthet

Referens	Direktiv 2014/32/EU	Typ av rättsakt	Direktiv
I kraft	18 april 2014	Gäller från	20 april 2016
Ändrad genom	Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/13, Direktiv (EU) 2026/706	Tillsyn av	Nationella marknadskontrollmyndigheter tillämpar de nationella lagar som genomför direktivet; artikel 41 hänvisar fortfarande till artikel 15.3 och artiklarna 16–29 i förordning (EG) nr 765/2008, som ska läsas som förordning (EU) 2019/1020 sedan den 16 juli 2021, vars bilaga I förtecknar direktivet som punkt 51.

CELEX

32014L0032

Viktiga datum

30 oktober 2006	Direktiv 2004/22/EG om mätinstrument börjar tillämpas och upphäver elva instrumentdirektiv enligt den gamla metoden, från gasmätare och taxametrar till varmvattenmätare	Art. 22 and Art. 24
26 februari 2014	Direktiv 2014/32/EU antas av Europaparlamentet och rådet som en omarbetning av direktiv 2004/22/EG anpassad till den nya lagstiftningsramen	title and Art. 52
18 april 2014	Ikraftträdande, den tjugonde dagen efter offentliggörandet i EUT L 96 av den 29 mars 2014; den delegerade befogenheten att ändra de instrumentspecifika bilagorna löper från detta datum	Art. 48(2) and Art. 53
27 januari 2015	Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/13 träder i kraft: flödesområdet för vattenmätare i bilaga III blir Q3/Q1 minst 40; genomförande senast den 19 april 2016, tillämpas från den 20 april 2016	Art. 1, Art. 2 and Art. 3
19 april 2016	Tidsfrist för medlemsstaterna att anta och offentliggöra de lagar som genomför definitionerna, de ekonomiska aktörernas skyldigheter, presumptionen om överensstämmelse, försäkrar, märkningsreglerna, kapitlen om anmälda organ och marknadskontroll, sanktionerna och bilaga II	Art. 51(1)
20 april 2016	Nationella åtgärder tillämpas; artiklarna 1–3, de fyra första definitionerna, artiklarna 5–7, 15–18 och 20, artikel 22.2 och 22.4 samt bilagorna I och III–XII tillämpas direkt; direktiv 2004/22/EG upphävs; instrument som uppfyller det direktivet och som släppts ut på marknaden före detta datum får fortfarande tillhandahållas och tas i bruk, och dess intyg förblir giltiga	Art. 50(1), Art. 51(1), Art. 52 and Art. 53
30 oktober 2016	Slutet på den tioåriga övergången från artikel 23 i direktiv 2004/22/EG för instrument som uppfyllde de regler som gällde före den 30 oktober 2006	Art. 50(2)
16 juli 2021	Förordning (EU) 2019/1020 börjar tillämpas: den upphäver artiklarna 15–29 i förordning (EG) nr 765/2008, förtecknar direktivet som punkt 51 i sin bilaga I och kräver, enligt artikel 4, en ekonomisk aktör etablerad i unionen för varje mätinstrument som släpps ut på marknaden	Art. 4(5), Art. 39, Art. 44 and Annex I point 51
1 juli 2022	Den danska bekendtgørelse nr. 774 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter træder i kraft och ersätter bekendtgørelse nr. 544 af 28. maj 2018; den tillämpar direktivet på vatten-, gas-, el- och värmemätare, vätskemätarsystem, automatiska vägningsinstrument, materiella mått och	§ 1 and § 60

dimensionsmätande instrument, men inte på
taxametrar och avgasanalytatorer

1 januari 2026	Sikkerhetsstyrelsen blir avdelningen Markedsovervakning inom Erhvervsstyrelsen och fortsätter samma uppgifter, inklusive kontrollen av mätinstrument och utseendet av anmälda organ	§ 9
9 april 2026	Direktiv (EU) 2026/706 träder i kraft: mätsystem för laddningsutrustning för elfordon (MI-011, bilaga Va) och för komprimerad gas-dispensrar (MI-012, bilaga VIIa) läggs till, bilaga I och bilagorna för gas-, el- och värmeenergimätare uppdateras; organ för bedömning av överensstämmelse får anmälas enligt det ändrade direktivet före den 10 oktober 2028 och kan då utfärda intyg för de ändrade bilagorna om gas-, el- och värmeenergimätare	Art. 1, Art. 4 and Art. 5
10 april 2028	Tidsfrist för medlemsstaterna att anta och offentliggöra åtgärderna för genomförande av direktiv (EU) 2026/706	Art. 3(1)
10 oktober 2028	Nationella åtgärder som genomför direktiv (EU) 2026/706 tillämpas; instrument som uppfyller direktivet i dess lydelse av den 8 april 2026 och som släppts ut på marknaden före detta datum får fortfarande tillhandahållas och tas i bruk	Art. 2(1) and Art. 3(1)
10 april 2030	Slutet på övergången för mätsystem för laddningsutrustning för elfordon och komprimerad gas-dispensrar som uppfyller nationell rätt och släppts ut på marknaden före detta datum	Art. 2(2)
10 april 2038	Sista datum till vilket intyg utfärdade före den 10 oktober 2028 för instrument som förs in i direktivet genom direktiv (EU) 2026/706 förblir giltiga	Art. 2(3)

Skyldigheter per roll

Tillverkare (inklusive varumärkesinnehavare och egenanvändare)

- Konstruera och tillverka instrumentet enligt de väsentliga kraven i bilaga I och den relevanta instrumentspecifika bilagan: fel inom de maximalt tillåtna felen under nominella driftsförhållanden, angiven prestanda vid störningar, reproducerbarhet, repeterbarhet, urskiljningsförmåga, hållbarhet, tillförlitlighet, lämplighet, skydd mot manipulering av maskinvara, programvara och data, samt märkningar, information och visning av resultatet. Art. 6, Art. 8(1) and Annex I, points 1 to 12
- Upprätta den tekniska dokumentation enligt artikel 18 som gör konstruktionen, tillverkningen och funktionssättet begripliga och visar de metrologiska egenskaperna, reproducerbarheten och integriteten, inklusive ritningar, tillverkningsförfaranden, beskrivningar av programvara, de harmoniserade standarder eller normgivande dokument som tillämpats, testresultat under nominella driftsförhållanden och störningar, hållbarhetsresultat för gas-, vatten-, värmeenergi- och vätskemätare, samt var plomberingar och märkningar anbringas. Art. 8(2) and Art. 18
- Genomför, eller låt genomföra, ett av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som förtecknas i den instrumentspecifika bilagan, med ett anmält organ för EU-typkontroll, kvalitetssäkring, produktverifiering eller enhetsverifiering beroende på vald modul; i Danmark måste organet vara utsett av Sikkerhedsstyrelsen eller av en annan medlemsstat. Art. 8(2), Art. 17 and Annex II; § 33 and § 34
- Upprätta EU-försäkran om överensstämmelse enligt förslaget i bilaga XIII, översatt till de språk medlemsstaten kräver, ständigt uppdaterad och, där flera unionsakter gäller, som en enda försäkran som täcker dem alla, samt anbringa CE-märkningen och den kompletterande metrologimärkningen innan instrumentet släpps ut på marknaden. Art. 8(2), Art. 19, Art. 20 and Art. 22(3)
- Upprätta EU-försäkran om överensstämmelse enligt förslaget i bilaga XIII, översatt till de språk medlemsstaten kräver, ständigt uppdaterad och, där flera unionsakter gäller, som en enda försäkran som täcker dem alla. Art. 8(2) and Art. 19
- Anbringa CE-märkningen och den kompletterande metrologimärkningen, den stora bokstaven M och de två sista siffrorna i det år den anbringas i en rektangel med samma höjd som CE-märkningen, synligt, läsligt och outplånligt på instrumentet eller dess märkskylt, metrologimärkningen omedelbart efter CE-märkningen och följd av det anmälda organets identifikationsnummer där organet medverkar i produktionskontrollen. Art. 21 and Art. 22
- Bevara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i 10 år efter det att instrumentet släpptes ut på marknaden, och håll serietillverkningen i överensstämmelse, med hänsyn till ändringar i konstruktion, egenskaper och de standarder eller normgivande dokument som anges; där instrumentets prestanda motiverar det, stickprovstesta marknadsförda instrument, utred och för ett register över klagomål, instrument som inte uppfyller kraven och återkallelser, och håll distributörerna informerade. Art. 8(3) and Art. 8(4)
- Bevara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i 10 år efter det att instrumentet släpptes ut på marknaden. Art. 8(3)
- Håll serietillverkningen i överensstämmelse, med hänsyn till ändringar i konstruktion eller egenskaper och i de harmoniserade standarder eller normgivande dokument som anges. Art. 8(4)
- Där instrumentets prestanda motiverar det, stickprovstesta marknadsförda instrument, utred klagomål, för ett register över klagomål, instrument som inte uppfyller kraven och återkallelser, och håll distributörerna informerade om denna övervakning. Art. 8(4)
- Märk instrumentet med en typ-, parti- eller serienummer eller annan identifierare och med ditt namn, registrerade firmanamn eller varumärke och en gemensam postadress, eller, där instrumentets storlek eller beskaffenhet inte medger det, i ett medföljande dokument och på förpackningen, samt tillhandahåll en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse och de anvisningar och den information

som anges i bilaga I punkt 9.3, på ett språk medlemsstaten bestämmer.

Art. 8(5), Art. 8(6), Art. 8(7) and Annex I, point 9

- Märk instrumentet med en typ-, parti- eller serienummer eller annan identifierare och med ditt namn, registrerade firmanamn eller varumärke och en gemensam postadress eller, där det inte medger det, ange dem i ett medföljande dokument och på förpackningen. Art. 8(5) and Art. 8(6)
- Tillhandahåll instrumentet med en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse och de anvisningar och den information som anges i bilaga I punkt 9.3, på ett språk medlemsstaten bestämmer.

Art. 8(7) and Annex I, point 9

- Om du anser eller har skäl att tro att ett instrument du släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven, bring det omedelbart i överensstämmelse, dra tillbaka eller återkalla det, och underrätta, där det utgör en risk, de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där du tillhandahållit det; tillhandahåll på motiverad begäran all information och dokumentation om överensstämmelse på ett språk myndigheten förstår, samarbeta om riskeliminering åtgärder, och identifiera dina leverantörer och kunder i 10 år. Art. 8(8), Art. 8(9) and Art. 13
- Om ett instrument du släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven, bring det omedelbart i överensstämmelse, dra tillbaka eller återkalla det, och underrätta, där det utgör en risk, de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där du tillhandahållit det. Art. 8(8)
- På motiverad begäran, tillhandahåll myndigheten den information och dokumentation som visar överensstämmelse på ett språk den förstår, och samarbeta om åtgärder för att eliminera de risker instrumenten utgör. Art. 8(9)
- Kunna identifiera, i 10 år efter varje leverans, de ekonomiska aktörer som levererat till dig och de ekonomiska aktörer du levererat till. Art. 13

Representant

- Agera enligt en skriftlig fullmakt som åtminstone ger dig rätt att hålla EU-försäkringen om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgänglig för de nationella marknadskontrollmyndigheterna i 10 år efter det att instrumentet släpptes ut på marknaden, tillhandahålla information och dokumentation om överensstämmelse på motiverad begäran, och samarbeta med myndigheterna om riskeliminering åtgärder för de instrument som omfattas av din fullmakt. Art. 9(2)
- Agera endast enligt en skriftlig fullmakt från tillverkaren som anger de uppgifter du utför för dennes räkning. Art. 9(1) and Art. 9(2)
- Håll EU-försäkringen om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgänglig för de nationella marknadskontrollmyndigheterna i 10 år efter det att instrumentet släpptes ut på marknaden. Art. 9(2)(a)
- På motiverad begäran, tillhandahåll myndigheten den information och dokumentation som visar överensstämmelse, och samarbeta med den om åtgärder för att eliminera de risker som instrumenten inom din fullmakt utgör. Art. 9(2)(b) and Art. 9(2)(c)
- Ta inte över tillverkarens skyldighet att konstruera och tillverka enligt de väsentliga kraven eller att upprätta den tekniska dokumentationen; dessa får inte ingå i fullmakten. Art. 9(1)
- Där det anmälda organet instruerar det, anbringa dess identifikationsnummer efter CE- och metrologimärkningarna på tillverkarens vägnar, och kunna identifiera de ekonomiska aktörer som levererat till dig och som du levererat till i 10 år. Art. 13 and Art. 22(5)
- Där det anmälda organet instruerar det, anbringa dess identifikationsnummer efter CE- och metrologimärkningarna på tillverkarens vägnar. Art. 22(5)
- Kunna identifiera, i 10 år efter varje leverans, de ekonomiska aktörer som levererat till dig och de ekonomiska aktörer du levererat till. Art. 13
- Där tillverkaren är etablerad utanför unionen och ingen importör finns, kan du vara den ekonomiska aktör etablerad i unionen som förordning (EU) 2019/1020 kräver för varje mätinstrument som släpps ut på marknaden, genom att kontrollera försäkringen och dokumentationen, informera myndigheterna om risker och samarbeta om korrigerande åtgärder. Art. 4(1) to Art. 4(5)

Importör

- Släpp bara ut instrument som uppfyller kraven på marknaden, och kontrollera innan ett instrument släpps ut på marknaden eller tas i bruk att tillverkaren genomfört rätt förfarande för bedömning av överensstämmelse, upprättat den tekniska dokumentationen, anbringat CE-märkningen och den kompletterande metrologimärkningen, tillhandahållit en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse och de dokument som krävs samt applicerat identifierings- och adressmärkningen; håll tillbaka instrument som inte uppfyller kraven och informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna där de utgör en risk. Art. 10(1) and Art. 10(2)
- Ange ditt namn, registrerade firmanamn eller varumärke och en postadress på instrumentet eller, där det inte är möjligt, i ett medföljande dokument och på förpackningen, på ett språk slutanvändarna och myndigheterna förstår. Art. 10(3)
- Säkerställ att instrumentet åtföljs av de anvisningar och den information som anges i bilaga I punkt 9.3, på ett språk medlemsstaten bestämmer, och se till att förvarings- och transportförhållandena inte äventyrar överensstämmelsen med de väsentliga kraven. Art. 10(4) and Art. 10(5)
- Säkerställ att instrumentet åtföljs av de anvisningar och den information som anges i bilaga I punkt 9.3, på ett språk medlemsstaten bestämmer. Art. 10(4)
- Medan ett instrument är under ditt ansvar, se till att förvarings- och transportförhållandena inte äventyrar dess överensstämmelse med de väsentliga kraven. Art. 10(5)
- Där instrumentets prestanda motiverar det, stickprovstesta marknadsförda instrument, utred och för ett register över klagomål, instrument som inte uppfyller kraven och återkallelser, och håll distributörerna informerade. Art. 10(6)
- Om ett instrument du släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven, vidta omedelbart korrigerande åtgärder, dra tillbaka eller återkalla det, och underrätta, där det utgör en risk, de berörda medlemsstaternas behöriga nationella myndigheter med uppgifter om den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärderna. Art. 10(7)
- Håll en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för marknadskontrollmyndigheterna i 10 år och säkerställ att den tekniska dokumentationen kan tillgängliggöras på begäran; tillhandahåll information om överensstämmelse på motiverad begäran på ett språk myndigheten förstår, samarbeta om riskeliminierande åtgärder, och identifiera leverantörer och kunder i 10 år. Art. 10(8), Art. 10(9) and Art. 13
- Håll en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för marknadskontrollmyndigheterna i 10 år efter det att instrumentet släpptes ut på marknaden, och säkerställ att den tekniska dokumentationen kan tillgängliggöras på begäran. Art. 10(8)
- På motiverad begäran, tillhandahåll myndigheten den information och dokumentation som visar överensstämmelse på ett språk den förstår, och samarbeta om åtgärder för att eliminera de risker instrumenten utgör. Art. 10(9)
- Kunna identifiera, i 10 år efter varje leverans, de ekonomiska aktörer som levererat till dig och de ekonomiska aktörer du levererat till. Art. 13
- Om du släpper ut ett instrument på marknaden under eget namn eller varumärke, eller ändrar ett instrument som redan släppts ut på marknaden på ett sätt som kan påverka överensstämmelsen, bär du tillverkarens skyldigheter enligt artikel 8. Art. 12

Distributör (grossist, återförsäljare eller installatör som tillhandahåller instrument)

- Agera med vederbörlig omsorg och kontrollera, innan ett instrument tillhandahålls eller tas i bruk, att det bär CE-märkningen och den kompletterande metrologimärkningen, åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, de dokument som krävs samt anvisningarna och informationen på ett språk slutanvändarna i medlemsstaten förstår, och att tillverkaren och importören applicerat sina identifierings- och adressmärkningar; håll tillbaka instrument som inte uppfyller kraven och informera tillverkaren eller importören och marknadskontrollmyndigheterna där de utgör en risk.

Art. 11(1) and Art. 11(2)

- Se till att förvarings- och transportförhållandena inte äventyrar överensstämmelsen med de väsentliga kraven medan instrumentet är under ditt ansvar. Art. 11(3)
- Om ett instrument du tillhandahållit eller tagit i bruk inte uppfyller kraven, se till att korrigerande åtgärder vidtas för att bringa det i överensstämmelse, dra tillbaka eller återkalla det, och underrätta, där det utgör en risk, omedelbart de berörda medlemsstaternas behöriga nationella myndigheter. Art. 11(4)
- På motiverad begäran, tillhandahåll den information och dokumentation som visar överensstämmelse, samarbeta om riskeliminering åtgärder, och identifiera de ekonomiska aktörer som levererat till dig och som du levererat till i 10 år. Art. 11(5) and Art. 13
- På motiverad begäran, tillhandahåll myndigheten den information och dokumentation som visar överensstämmelse på ett språk den förstår, och samarbeta om åtgärder för att eliminera de risker instrumenten utgör. Art. 11(5)
- Kunna identifiera, i 10 år efter varje leverans, de ekonomiska aktörer som levererat till dig och de ekonomiska aktörer du levererat till. Art. 13
- Om du säljer under eget namn eller varumärke eller ändrar ett instrument på ett sätt som kan påverka överensstämmelsen, tar du på dig tillverkarens skyldigheter; i Danmark måste ett instrument som används för mätningar som betalning grundas på även uppfylla reglerna hos instrumentets ägare, som kan åläggas att bringa det i överensstämmelse eller förbjudas att använda det.

Art. 12; § 4, nr. 2, § 5, stk. 4, and § 16 a

- Om du tillhandahåller ett instrument under eget namn eller varumärke, eller ändrar ett på ett sätt som kan påverka överensstämmelsen, tar du på dig tillverkarens skyldigheter enligt artikel 8. Art. 12

Sanktioner

Medlemsstaterna fastställer reglerna om sanktioner för överträdelser av ekonomiska aktörer mot deras nationella genomförandelagar och tillämpar dem; sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och kan omfatta straffrättsliga påföljder för allvarliga överträdelser.

Marknadskontrollmyndigheterna bedömer instrument som utgör en risk för de allmänna intressen direktivet skyddar, kräver korrigerande åtgärder, tillbakadragande eller återkallelse inom en period som står i proportion till risken, underrättar det anmälda organet, och om aktören inte agerar förbjuder eller begränsar de tillhandahållandet, drar tillbaka eller återkallar instrumentet och underrättar kommissionen och de andra medlemsstaterna; instrument som uppfyller kraven men ändå utgör en risk kan behandlas på samma sätt. Formell bristande överensstämmelse, till exempel en saknad eller felaktigt anbringad CE-märkning eller kompletterande metrologimärkning, ett saknat identifikationsnummer för det anmälda organet, en saknad eller felaktig EU-försäkran om överensstämmelse, saknad eller ofullständig teknisk dokumentation eller saknad identifiering av tillverkare eller importör, måste åtgärdas och leder annars till begränsning, förbud, tillbakadragande eller återkallelse. Sedan den 16 juli 2021 kommer tillsynsbefogenheterna från förordning (EU) 2019/1020, vars myndigheter kan kräva dokument och information om leveranskedjan, inspektera och köpa prover, kräva korrigerande åtgärder, förbjuda tillhandahållandet och låta instrument dras tillbaka, återkallas eller förstöras. I Danmark låter bekendtgørelse nr. 774 af 1. juni 2022 Sikkerhedsstyrelsen förelägga att formell bristande överensstämmelse åtgärdas inom en tidsfrist och därefter förelägga om tillbakadragande, återkallelse eller ett försäljningsförbud enligt produktlagen, förelägga om att en felaktigt anbringad metrologimärkning tas bort, och bestraffar med böter utsläppandet på marknaden av instrument som inte uppfyller kraven, saknad dokumentation, märkning, anvisningar, anmälningar, fullmakter och användning av anmält organ, med fängelse i upp till 2 år vid försvårande omständigheter och ansvar för företag; produktlagen tillägger förelägganden om att varna användare, stoppa marknadsföring, åtgärda, stoppa försäljning, dra tillbaka, återkalla eller förstöra, förbud, förelägganden till ägaren av ett instrument som används för betalningsgrundad mätning, samt böter, stigande till fängelse i upp till 2 år vid försvårande omständigheter, för överträdelser av lagen, av artikel 4 i förordning (EU) 2019/1020 och av myndighetens beslut. Sedan januari 2026 är Sikkerhedsstyrelsen avdelningen Markedsovervågning inom Erhvervsstyrelsen.

Art. 41, Art. 42, Art. 44, Art. 45 and Art. 49; Art. 14, Art. 16, Art. 39 and Annex I point 51; § 57, § 58 and § 59; § 2, stk. 1, nr. 14, § 9, §

Checklista

- 1. Bekräfta att instrumentet definieras i en av de instrumentspecifika bilagorna, MI-001 till MI-010 i dag och MI-011 och MI-012 från den 10 oktober 2028, och kontrollera om varje försäljningsmedlemsstat föreskriver dess användning för en föreskriven mätuppgift; i Danmark se bekendtgørelse nr. 774/2022 § 1 (artiklarna 2 och 3).
- 2. Bestäm din roll för varje produkt, och kom ihåg att försäljning under eget varumärke, ändring av ett instrument eller ibruktagande för egna ändamål gör dig till tillverkare (artikel 4 punkt 8 och artikel 12).
- 3. Identifiera de harmoniserade standarder och OIML-normgivande dokument som förtecknas i Europeiska unionens officiella tidning och som täcker instrumentet, eller dokumentera de tekniska lösningar du använder i stället (artikel 14 och artikel 18.3 f och g).
- 4. Ange de nominella driftsförhållandena, klimatgränserna från tabell 1 i bilaga I, den mekaniska klassen M1–M3 och den elektromagnetiska klassen E1–E3, och testa mot den instrumentspecifika bilagans maximalt tillåtna fel och störningar (bilaga I punkt 1).
- 5. Välj en modul för bedömning av överensstämmelse som den instrumentspecifika bilagan tillåter, för de flesta mätare B + F, B + D eller H1, och anlita ett anmält organ som kommissionen förtecknar – eller, för kärldmätt enligt modul A2, ett ackrediterat internt organ; i Danmark måste det anmälda organet vara utsett av Sikkerhedsstyrelsen eller av en myndighet i ett annat EU-land (artikel 17, artikel 30, bilaga II och bekendtgørelse nr. 774/2022 § 33).
- 6. Sammanställ den tekniska dokumentationen enligt artikel 18 med ritningar, beskrivningar av programvara, tillverkningsförfaranden, test- och hållbarhetsresultat och var plomberingar och märkningar sitter, och bevara den med försäkran i 10 år (artiklarna 8.3 och 18).
- 7. Upprätta EU-försäkran om överensstämmelse enligt förlagan i bilaga XIII, som en enda försäkran där även EMC-direktivet eller andra unionsakter gäller, och översätt den enligt medlemsstaternas krav (artikel 19).
- 8. Anbringa CE-märkningen, den kompletterande metrologimärkningen M med det tvåsiffriga året i en rektangel och det anmälda organets nummer på instrumentet eller dess märkskylt innan det släpps ut på marknaden (artiklarna 21 och 22).
- 9. Märk identifieraren, tillverkarens och importörens namn och adresser, noggrannhet och andra märkningar enligt bilaga I punkt 9, och tillhandahåll försäkrans kopia och anvisningarna på det språk som krävs (artiklarna 8.5–8.7 samt 10.3 och 10.4).
- 10. Inför rutinen för korrigerande åtgärder och anmälan, 10-årig spårbarhet för leverantörer och kunder samt, där instrumentets prestanda motiverar det, stickprovstestning och ett klagomålsregister (artiklarna 8.4, 8.8, 10.6, 10.7, 11.4 och 13).

Källor

1. Direktiv 2014/32/EU om mätinstrument, konsoliderad text av den 27 januari 2015 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02014L0032-20150127>
2. Direktiv 2014/32/EU, offentliggjort i EUT L 96, den 29 mars 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014L0032>
3. Dokumentinformation, datum och samband för CELEX 32014L0032 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32014L0032>
4. Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/13 om ändring av bilaga III vad gäller flödesområdet för vattenmätare (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0013>
5. Direktiv (EU) 2026/706 om ändring av direktiv 2014/32/EU vad gäller laddningsutrustning för elfordon, komprimerad gas-dispensrar samt el-, gas- och värmeenergimätare (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32026L0706>
6. Direktiv 2004/22/EG om mätinstrument, konsoliderad text av den 1 december 2009 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02004L0022-20091201>
7. Direktiv 2014/31/EU om icke-automatiska vågar (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014L0031>
8. Förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
9. Legal metrologi (Europeiska kommissionen, GD Grow) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en
10. Mät- och vägningsinstrument i EU (Europeiska kommissionen, GD Grow) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/measuring-weighing-instruments-eu_en
11. Bekendtgørelse nr. 774 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/774>
12. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
13. Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/legal-maaling-og-vejning-legal-metrologi>
14. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

Genererad från <https://www.conphora.com/sv/regelverk/mid/> den 13 oktober 2026

Skriven utifrån den officiella texten på EUR-Lex och kommissionens vägledning, med en källa för varje faktauppgift. Det är inte juridisk rådgivning.